

Ultragarso zondo techninė specifikacija (kiekis 1 vnt)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Ultragarso zondas	1. Siūlomas ultragarso zondas techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ellex Medical“ ultragarso aparatu „EyeCubed“ (gamyklinis nr. V400-11313; inv. nr. 13716817). 2. B-skenavimo (B-scan) zondas, dažnis 10 MHz; (Firmos „Ellex Medical“ kodas 3600221 arba lygiavertis)	
2.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėnesių.	
3.	Prekės pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas	Prekės pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą (būtinai pasiūlymą teikiančios įmonės atitinkamas patvirtinimas).	
4.	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.	

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
2. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris (kodas) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamos prekės technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūloma nurodyto gamintojo konkrečiu katalogo numeriu įvardinta prekė arba jai lygiavertis, atitinkantis lentelėje pateiktus reikalavimus, kitos firmos gaminys.