



PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

---

**1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

---

**1.1. Pirkėjas**– Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

**1.2. Pardavėjas** - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtai pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

**1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

**1.4. Techninė specifikacija arba TS** – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

**1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas** - perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

**1.6. Važtaraštis** - teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristatiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

**1.7. Užsakymas** - Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

---

**2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS**

---

**2.1. Nuotekų semtuvai mėginių paėmimui su diegimo darbais** (toliau - **Prekės**). Į diegimo darbus įeina semtuvo sumontavimas vietoje, esant poreikiui, kai programavimas pagal prietaiso instrukciją, programinės įrangos atnaujinimas, veikimo patikrinimas ir programavimas pagal Pirkėjo pageidavimus.

**2.2.** Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

**2.3. Kiekiai/Apimtys:** Perkamas Prekių kiekis **yra maksimalus**.

**2.4.** Maksimaliai perkama iki 12 vnt. stacionarių semtuvų ir iki 2 vnt. mobilių semtuvų.

**2.5.** Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

**2.6.** Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

---

**3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**

---

**3.1. Pirkimo objekto aprašymas**

---

**3.1.1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.**

**3.1.2.** Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiavertėmis. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiavertės reikalaujamoms.

**3.1.3.** Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

**3.1.4.** Prekėms turi būti taikoma **ne mažiau kaip 12 mėn.** nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento.

3.1.5. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

---

#### 4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

---

4.1. **Prekių pristatymo vieta**- Prekių pristatymo adresas – Titnago g. 74 Vilnius. Prekės pristatomos Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:00 val.).

4.2. **Stacionarių semtuvų montavimo vietas:**

4.2.1. Vilniaus miesto nuotekų valykla, Titnago g. 74. (2 stacionarūs semtuvai);

4.2.2. Švenčionių miesto nuotekų valykla, Liepų al. 2V., Cirklišio k., Cirklišio sen., Švenčionių r. sav. (2 stacionarūs semtuvai);

4.2.3. Švenčionėlių miesto nuotekų valykla, Statkuškės k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav. (2 stacionarūs semtuvai);

4.2.4. Nemenčinės miesto nuotekų valykla, Gaukštonių g. 3, Gaukštonių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. (2 stacionarūs semtuvai);

4.2.5. Eišiškių miesto nuotekų valykla, Šalčininkų raj. Eišiškių seniūnija, Aklės kaimas (2 stacionarūs semtuvai);

4.2.6. Šalčininkų miesto nuotekų valykla, Šalčininkų raj., Milvydų kaimas, Lydos g. 34. (2 stacionarūs semtuvai).

4.3. Pirkėjas pirks Prekes pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

4.4. Užsakymai Pardavėjui bus teikiami ir tvirtinami el. pašto adresu nurodytu Sutartyje.

4.5. Užsakymo įvykdymo (stacionarių mėginių semtuvų sumontavimo bei nešiojamų mėginių semtuvų pristatymo) terminas **ne vėliau kaip per 35 darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos**. Pardavėjas įsipareigoja instrukuoti ne mažiau kaip 3 Pirkėjo darbuotojus dėl įrangos naudojimosi. Baigus instruktavimus, Pardavėjas Pirkėjo darbuotojams išduoda atitinkamus kvalifikacinius (instruktavimo) pažymėjimus ar kitus lygiaverčius dokumentus. Instruktavimas turi įvykti ne vėliau kaip per 15 darbo d. po Prekės pristatymo dienos ir (ar) sumontavimo dienos. Programinės įrangos atnaujinimas (esant poreikiui), semtuvo veikimo patikrinimas ir programavimas turi įvykti ne vėliau kaip per 15 d. d. po prekių pristatymo/montavimo dienos.

---

#### 5. PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

---

5.1. Neteisingas mėginio paėmimas, neužtikrinamas temperatūros palaikymas, negalimas įrenginio suprogramavimas bus laikomi trūkumais ir kiti plika akimi matomi pažeidimai, trūkimai, skilimai.

5.2. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Jei paaiškėja, kad Prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip deklaruota (neatitinka aprašo), Pardavėjas turi jas nemokamai pataisyti ar pakeisti naujomis. Brokuotos, nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos naujomis per **20 darbo dienų** nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos, esant objektyvioms priežastims, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgesnis kaip 25 d.d. nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

---

#### 6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

---

6.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:

6.1.1. krovinio pristatymo Važtaraštis su nurodytais Prekių kiekiais;

6.1.2 Montavimo aktas (kai pristatomas stacionarus semtuvas);

6.1.3. Garantiją patvirtinantys dokumentai;

6.1.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

6.15 Atitikimo pažymą LST EN 16479:2023 standartui.

6.1.6 Testavimo ir derinimo protokolai.

---

#### 7. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

---

7.1. Prekių tiekimo laikotarpis – 12 (dvylika) mėnesių.

7.2. Sutarties galiojimo laikotarpis - 13 (trylika) mėnesių. Paskutinis mėnuo yra skirtas Sąskaitos apmokėjimui, tačiau ne Prekių tiekimui/užsakymų teikimui.

---

#### 8. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

---

**8.1. Pirkėjo įsipareigojimai:**

8.1.1. Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

8.1.2. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

**8.1.3. Semtuvus į nurodytus objektus (išskyrus Vilniaus m. NV) pristatys Pirkėjas. Pirkėjo semtuvų pristatymo laikas į nurodytus objektus nėra įskaičiuojamas į Tiekėjo užsakymo vykdymo laikotarpį.**

8.1.4. Semtuvų pastatymo ir mėginių paėmimo žarnos įrengimo vietas (jei gamyklinėje komplektacijoje 6 m pasiurbimo žarnos nepakaks, Pirkėjas pateiks šias žarnas į montavimo vietas), bei el. kabelių atvedimą ir rozetės įrengimą atliks Pirkėjas.

8.1.5. Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Užsakymo ir nepasirašyti Važtaraščio ir (ar) Akto.

## **8.2. Pardavėjo įsipareigojimai:**

8.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

8.2.2. Prekės ir (ar) įsigyjamos Paslaugos Paslaugų teikėjas (Pardavėjas) teikdamas Paslaugas ir (ar) Prekes privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

---

## **9. PRIEDAI**

---

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.

## PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
<b>1. Stacionarus semtuvas</b>		<i>(Pardavėjas nurodo kilmės šalį, gamintoją ir modelį)</i>		
1.1.	Tara	stiklinė tara arba kita, tinkama ftalatų fenolių nustatymui		
1.2.	Taros kiekis	24 vnt.		
1.3.	Taros tūris	1 buteliuko tūris nuo 0,8 iki 1,5l		
1.4.	Semtuvo charakteristika	Semtuvo sudedamosios dalys neišskiria ftalatų ir fenolių		
1.5.	Temperatūros palaikymas	Nuo +3 iki +5 laipsnių		
1.6.	Semtuve įmontuota šildymo/šaldymo funkcija	TAIP		
1.7.	Semtuvai tinkamas darbui lauko temperatūrai	Aplinkos temperatūra nuo -20 iki +40		
1.8.	Semtuvai tinkamas darbui agresyvioje aplinkoje	TAIP		
1.9.	Semtuvai geba patraukti	iš ne mažiau 6 metrų gylio		
1.10.	Semtuvo dozavimas	Programuojamas nustatant dozavimo dažnumą ir dozės paėmimo tūrį		
1.11.	Semtuvo dozavimo tikslumas	Ne mažiau 5 %		

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1.12.	Paimamo mėginio tūris	Ne mažiau kaip 10 ml ir ne daugiau kaip 10 000 ml		
1.13.	Semtuvas turi atitikti standartą	LST EN 16479:2023 Vandens kokybė. Vandens stebėsenos įrangos eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir atitikties bandymo procedūros. Automatizuotieji vandens ir nuotekų ėminių ėmimo įtaisai (ėmikliai)		
<b>2. Mobilus semtuvas</b>		<i>(Pardavėjas nurodo kilmės šalį, gamintoją ir modelį)</i>		
2.1.	Tara	stiklinė tara arba kita, tinkama ftalatų fenolių nustatymui		
2.2.	Taros kiekis	24 vnt.		
2.3.	Taros tūris	1 buteliuko tūris nuo 0,8 iki 1,5l		
2.4.	Semtuvo charakteristika	Semtuvo sudedamosios dalys neišskiria ftalatų ir fenolių		
2.5.	Temperatūros palaikymas	Nuo +3 iki +5 laipsnių		
2.7.	Semtuvas tinkamas darbui lauko	Aplinkos temperatūra nuo 0 iki +40		
2.8.	Semtuvas tinkamas darbui agresyvioje aplinkoje	TAIP		
2.9.	Semtuvas geba patraukti	iš ne mažiau kaip 6 metrų gylio		
2.10.	Semtuvo dozavimas	programuojamas nustatant dozavimo dažnumą ir dozės paėmimo tūrį		
2.11.	Semtuvo dozavimo tikslumas	± 5 %		

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
2.12.	Paimamo mėginio tūris	Ne mažiau kaip 10 ml ne daugiau kaip 10000 ml		
2.13.	Semtuvas turi atitikti standartą	LST EN 16479:2023 Vandens kokybė. Vandens stebėsenos įrangos eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir atitikties bandymo procedūros. Automatizuotieji vandens ir nuotekų ėminių ėmimo įtaisai (ėmikliai)		