

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„ELEKTROCHIRURGINIŲ PRIETAISŲ MONOPOLINIŲ ELEKTRODŲ LAIKIKLIAI“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-03-27 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **elektrochirurginių prietaisų monopolinių elektrodų laikiklių** pirkimo (Nr. 1892503).

Tiekėjas paklausime teikia šiuos siūlymus pastabas dėl techninės specifikacijos reikalavimų:

„1.3 Su tiesiu mentelės (spatula) formos elektrodu;“

keisti į

„1.3 Su tiesiu mentelės (spatula-**blade**) formos elektrodu“;

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas atsako sekančiai:

Komisija sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 1.3 punkto reikalavimą kaip nurodyta žemiau:

1.	Konstrukcija	1. Su dviem valdymo mygtukais; 2. Su ≥ 3 m ilgio kabeliu; 3. Su tiesiu mentelės (spatula arba blade) formos elektrodu; 4. Prijungimas 3 kontaktų tarptautinis; 5. Laikiklis komplektuojamas su sterilia abrazyvine mentelės valymo kempinėle (kempinėlės matmenys ne mažesni kaip 5×5 cm).
----	--------------	---

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.