

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„POLISOMNOGRAFIJOS SISTEMA SU TYRIMUI REIKALINGOMIS PRIEMONĖMIS IR
POLIGRAFIJOS SISTEMA SU TYRIMUI REIKALINGOMIS PRIEMONĖMIS MIEGO LABORATORIJAI”
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-03-24 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl ***polisomnografijos sistemos su tyrimui reikalingomis priemonėmis ir poligrafijos sistemos su tyrimui reikalingomis priemonėmis miego laboratorijai pirkimo*** (Nr. 1805186).

Tiekėjas paklausime teikia šiuos siūlymus pastabas dėl techninės specifikacijos reikalavimų: 2.7 p. „*keista, kad ėminių ėmimo dažnis yra arba labai aukštas (500 000 Hz), arba daug žemesnis (1000 Hz). Siūlytume rašyti daugiau nei 1000 Hz ar didesnę vertę, priklausomai nuo poreikio*”.

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas, atsako sekančiai:

Komisija sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 2.7 punkto reikalavimą kaip nurodyta žemiau:

2.7.	EEG, EMG, EOG ir EKG mėginių ėmimo	≥ 1000 Hz
------	------------------------------------	-----------

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.