

SKELBIAMA APKLAUSA (PIRKIMAS NR.1975798)
HIDRAULINIAI MASAŽO STALAI IR POZICIONAVIMO VOLAI
PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMAS -1

Perkančioji organizacija atsako į tiekėjų klausimus ir paaiškina/patikslina pirkimo sąlygas:

Nr.	Tiekėjo klausimas	Perkančiosios organizacijos atsakymas
1.	Tam, kad galėtų pasiūlymus pateikti daugiau tiekėjų, prašome hidraulinio masažo stalo aukščio diapazoną pakeisti iš "Aukščio reguliavimo diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 52 iki 92" į "Aukščio reguliavimo diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 52 iki 87 cm".	Perkančioji organizacija patikslina techninę specifikaciją ir nustato stalo aukščio diapazoną ne mažesnę kaip nuo 52 cm iki 87 cm
2.	Pasiūlymų pateikimo terminas	Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025-04-10 09.00 val.

PRIDEDAMA. Techninė specifikacija 2 versija.