

Tiekėjams  
CVP IS priemonėmis

## DĖL ŠALDYTUVŲ VAKCINŲ LAIKYMUĮ PIRKIMO (PIRKIMO ID 1978209)

VšĮ Kauno miesto poliklinikos Pirkimo organizatorius, vykdantis skelbiamos apklausos būdu viešąjį pirkimą „Šaldytuvai vakcinų laikymui“ (Pirkimo ID 1978209, toliau - Pirkimas), 2025-04-07 CVP IS priemonėmis (CVP IS pranešimo ID 144125) gavo Tiekėjo prašymą dėl techninės specifikacijos reikalavimų pakeitimo.

Pranešimo tekstas (kalba netaisyta):

„Laba diena,

Prašome paaiškinti kuom remiantis šaldytuvų specifikacijoje įrašomas Bendras šaldytuvo tūris 385 L ±2 L . Labai keista kad nuokrypis tik 2 L . Tai yra ant tiek mažas tūrio diapazono nuokrypis kad verčia galvoti kad specifikacija parašyta tik vienam gamintojui . (Arctiko)Norime atkreipti dėmesį kad , Jūsų praeituose konkursuose dėl šaldytuvų pirkimo Jus rašėte specifikacijoje pageidaujama tūrį su nuokrypiu +-20 L ) .Kadangi dabar, Jūsų pageidaujamo šaldytuvo tūris truputi mažesnis nei 2 kartus tai šiuo atveju ir šaldytuvo tūrio paklaida turētu būti +-10 L. Tai yra logiška ir visuose konkursuose (KMUK , Santorų klinikos ir t t) tokiems šaldytuvams suteikiama paklaida +-10 L . Prašau pakeist specifikacijoje šį reikalavimą į 385 L ±10 L kadangi esamas reikalavimas parašytas vienam gamintojui ir tiekėjui ir riboja teisę dalyvauti kitiems tiekėjams su analogiškais prekėmis kuriuos atitinka visų pagrindinių parametrų .Taip pat neaišku ar Jus prašote šaldytuvo tūrį "Net" ar "Gross".

Pirkimo organizatorius, įvertinęs Tiekėjo nurodytus argumentus, tenkina Tiekėjo prašymą ir vadovaujantis Pirkimo bendrųjų sąlygų 5.3 p. koreguoja Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 3 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės 1.3 punktą:

Buvo:

1.3	Bendras šaldytuvo tūris	385 L ±2 L	<i>įrašyti</i>	<i>įrašyti</i>	<i>įrašyti</i>
-----	-------------------------	------------	----------------	----------------	----------------

Keičiama į:

1.3	Bendras šaldytuvo tūris (Gross)	385 L ±10 L (Gross)	<i>įrašyti</i>	<i>įrašyti</i>	<i>įrašyti</i>
-----	---------------------------------	---------------------	----------------	----------------	----------------

Atnaujinta Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedo „Techninė specifikacija“ versija paskelbta CVP IS „Pirkimo dokumentai“ skiltyje. Tiekėjus prašome pasiūlymą teikti pagal atnaujintą Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedą „Techninė specifikacija“.

Pirkimo organizatorius



<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Rašta dėl tiekėjo pranešimo nagrinėjimo_tiekėjams_vakcinų šaldytuvai
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-04-07 Nr. S (E)-1184
<b>Adresatas</b>	Kiti
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---