

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas	„Plyšinė lempa ir tonometras su pachimetru“
RDK paskelbimo data ir numeris	2025-03-04, Nr.1495247
RDK vykdymo laikotarpis	nuo 2025-03-04 iki 2025-03-19
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS
INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS	
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	1
APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI	
Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 1 tiekėjas, kuris turėjo pastabų, rekomendacijų ir siūlymų techninių specifikacijų projektui, kuriuos perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino.	

Informuojame, kad išnagrinėjusi pateiktas pastabas ir pasiūlymus, perkančioji organizacija priėmė šiuos sprendimus:

Techninės specifikacijos punktas	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūlomas pakeitimas/ siūloma prekė	Perkančiosios organizacijos sprendimas
PLYŠINĖ LEMPA			
2. Padidinimai	Perjungiami, ne mažiau kaip trys: 10x ±3x, 16x ±3x, 25x ±3x	Keisti į: Perjungiami, ne mažiau kaip trys: 10x ±3x, 16x ±3.5x , 25x ±5x	Perkančioji organizacija sutinka pakeisti reikalavimą į „Perjungiami, ne mažiau kaip trys: 10x ±3x, 16x ±3.5x , 25x ±5x “
3. Stebimo lauko diametrai (atitinkamai reikalaujamiems didinimams)	≥ 23 mm, kai didinimas 10x ±3x; ≥ 14 mm, kai didinimas 16x ±3x; ≥ 8 mm, kai didinimas 25x ±3x.	Keisti į: ≥ 23 mm, kai didinimas 10x ±3x; ≥ 14 mm, kai didinimas 16x ±3.5x ; ≥ 8 mm, kai didinimas 25x ±5x .	Perkančioji organizacija sutinka pakeisti reikalavimą į „≥ 23 mm, kai didinimas 10x ±3x; ≥ 14 mm, kai didinimas 16x ±3.5x ; ≥ 8 mm, kai didinimas 25x ±5x “
12. Galimybė nustatyti okuliarus ≥ 13° kampu horizontalaus paviršiaus atžvilgiu	Būtina galimybė ateityje (atsiradus poreikiui) užsakyti okuliarų kampo pakeitimui skirtą adapterį.	Naikinti , reikalavimas riboja konkurencingumą.	Perkančioji organizacija sutinka pašalinti reikalavimą .
BEKONTAKTINIS TONOMETRAS SU PACHIMETRU			
8. Matavimų ir valdymo monitorius	Liečiamas, ≥10“ įstrižainės LCD	Keisti į: Liečiamas, ≥7“ įstrižainės LCD	Perkančioji organizacija sutinka pakeisti reikalavimą į „Liečiamas, ≥7“ įstrižainės LCD“
13. Saugumo sistema	Būtina, informuojanti apie pernelyg mažą atstumą tarp prietaiso ir ragenos, su galimybe nustatyti norimą saugos atstumą.	Naikinti , reikalavimas perteklinis ribojantis konkurencingumą. Skirtingi gamintojai siūlo įvairias technologijas, užtikrinančias saugų atstumą tarp ragenos ir prietaiso.	Perkančioji organizacija sutinka pašalinti reikalavimą .