



VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENU LIGONINĖ

2025-04-03 Nr. V7-204

DĖL ATVIRO KONKURSO „RENTGENO DIAGNOSTINĖS SISTEMOS PIRKIMAS“ NR. 1867976 SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų komisijos nutarimais ir atviro konkurso „Rentgeno diagnostinės sistemos pirkimas“ Bendrųjų pirkimo sąlygų V skyriaus nuostatomis, teikiame atsakymą į klausimą:

Eil. Nr.	Klausimas/siūlymas	Atsakymas/Paiškinimas
1.	„Prašome paaiškinti 5.7 punktą. Kokia „Užrakto“ techninė reikšmė? Ar tai yra elektromagnetinis stabdis ar pastovus šios funkcijos eliminavimas programiniu būdu ar mechaninis užraktas? Kodėl šis užraktas yra skirtas tik stalviršio skersiniam judėjimui jei stalviršis yra „Floating“ tipo.“	Techninės specifikacijos 5.7 punkte nurodoma rentgenografijos stalo funkcija, kurios metu elektromagnetinių stabdžių ir kitų aparatinių priemonių pagalba yra ribojamas stalviršio skersinis judėjimas, t. y. stalviršis juda tik išilgine kryptimi. Šis funkcijos panaudojimas pagreitintų tyrimų eigą politraumos metu, kai būtina atlikti kelias rentgenogramas.

Komisijos pirmininkė

Jūratė Milaknienė

Siunčiama CVP IS priemonėmis
G. Rukienė, tel. +370 652 54 530, el. p. info@prienuligonine.lt