



## VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENU LIGONINĖ

Suinteresuotiems dalyviams

2025-04-08 Nr. V7-216

### DĖL ATVIRO KONKURSO „ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTINĖS SISTEMOS PIRKIMAS“ NR. 1625745 ŠALYGŲ PAAIŠKINIMO

Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų komisijos nutarimais ir atviro konkurso „Ultragarsinės diagnostinės sistemos pirkimas“ Bendrųjų pirkimo sąlygų V skyriaus nuostatomis, teikiame atsakymą dėl siūlomų techninės specifikacijos pakeitimų:

Eil. Nr.	Klausimas/siūlymas	Atsakymas/Paiškinimas
1.	<p>„Dėl Ultragarsinės diagnostinės sistemos Nr. 1 techninės specifikacijos. Siūlome naikinti reikalavimą 7.2: „Automatinis PW mėginio vartelių padėties ir kampo nustatymas“. Manome, kad šio reikalavimo panaikinimas būtų pagrįstas dėl šių priežasčių:</p> <p>Ribojamas konkurencingumas: Privalomas automatinio PW mėginio vartelių padėties ir kampo nustatymo reikalavimas dirbtinai apriboja rinką, nes eliminuoja daugelį aukštos kokybės echoskopų modelių, kurie šios funkcijos neturi, tačiau pasižymi kitais svarbiais privalumais.</p> <p>Rankinio nustatymo pakankamumas: Dauguma specialistų kasdienėje praktikoje sėkmingai ir efektyviai naudoja rankinį PW mėginio vartelių padėties ir kampo nustatymą, todėl automatinė funkcija dažnai nėra būtina.</p> <p>Patikimumas ir tikslumas: Rankinis nustatymas suteikia specialistui galimybę tiksliai pritaikyti parametrus pagal konkrečią paciento būklę ir situaciją, taip užtikrinant didesnę diagnostinį tikslumą bei patikimumą nei automatizuotos sistemos.</p> <p>Manome, kad reikalavimo 7.2 atsisakymas padidintų</p>	<p>Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninės specifikacija) ultragarsinei diagnostinei sistemai Nr. 1 7.2 p. keliamas reikalavimas keičiamas (panaikintas) nebus, nes:</p> <p>1. ultragarsinė diagnostikos sistema, kuri turi automatinį PW mėginio vartelių padėties ir kampo nustatymą gydymo įstaigai yra naudingesnė įvairiose klinikinėse situacijose ypač miego arterijos ultragarsiniame ištyrime, kuris pasižymi ilga trukme. Gydytojas specialistas, naudodamas ultragarsinę diagnostinę sistemą su automatinio PW mėginio vartelių padėties ir kampo nustatymu, gali greičiau atlikti paciento ištyrimą. Gydytojui specialistui nereikia kiekvieną kartą atitraukti dėmesio nuo ultragarsinės diagnostinės sistemos ekrano ir rankiniu būdu reguliuoti PW mėginio vartelių kampo ir padėties. Automatinis PW mėginio vartelių padėties ir kampo nustatymas palengvina gydytojo darbą ir padidina našumą. Didžioji dalis naujų aukštos kokybės ultragarsinių diagnostinių sistemų turi šią funkciją.</p> <p>2. vykdytos rinkos konsultacijos dėl ultragarsinės diagnostinės sistemos pirkimo Nr. 1324506 metu nustatyta, jog Techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus gali atitikti ne mažiau nei 4 (keturi) skirtingų gamintojų ultragarsinės diagnostinės sistemos modeliai. Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikį ir siekiamus rezultatus, užtikrina konkurenciją ir nediskriminuoja</p>

	<p>konkurencingumą ir užtikrintų galimybę pasiūlyti rinkoje geriausius sprendimus..“</p>	<p>tiekejų. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai taikomi visiems Pirkimo dalyviams vienodai ir juos įgyvendinti turi galimybę bet kuris rinkoje veikiantis ūkio subjektas, todėl šie reikalavimai jokių aspektu nelaikytini pernelyg aukštais, specifiniais, neadekvačiais ar ribojančiais konkurenciją. Atkreipiame dėmesį, kad viešojo pirkimo konkursai organizuojami ne tiekejų, o visų pirma perkančiųjų organizacijų poreikiams tenkinti, todėl Vien tai, kad vieno ar kito potencialaus tiekejo siūloma įranga neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų savaime negali reikšti, kad nustatyti reikalavimai dirbtinai riboja konkurenciją ir yra diskriminacinio pobūdžio.</p>
--	--	---

Komisijos pirmininkė



Jūratė Milaknienė

Siunčiama CVP IS priemonėmis  
G. Rukienė, tel. +370 652 54 530, el. p. [info@prienuligonine.lt](mailto:info@prienuligonine.lt)

---

Pušyno g. 2, Prienai, tel. +370 319 60 465, el. p. [info@prienuligonine.lt](mailto:info@prienuligonine.lt),  
Atsisk. sąsk. LT954010041100050743 AS Luminor Bank Banko kodas 40100,  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190160991