

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„NEUROCHIRURGINIS MIKROSKOPAS“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-03-20 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **neurochirurginio mikroskopo pirkimo (Nr. 1759153)**.

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

Vienintelė pastaba **dėl 13 poz. 2 p.**: Leica gamintojas rekomenduoja, kad didinimo koeficiento daugiklis (Magnification Multiplier), suteikiantis papildomą židinio keitimo funkciją, įgalinančią $\geq 40\%$ didesnę stebimo lauko didinimą, būtų naudojamas tik pagrindinio chirurgo binokuliniam vamzdžiui. Techniškai galime pasiūlyti šį sprendimą ir tenkiname tech. reikalavimą, tačiau naudojant maksimalų didinimą kyla rizika atsirasti periferinio vaizdo iškraipymams (vignetting) asistento binokuliariniame vamzdyje.

Praktiškai šis sprendimas yra įgyvendinamas, tačiau siekiant užtikrinti optimalų vaizdo aiškumą, rekomenduojame jį tai atsižvelgti vertinant optinės sistemos veikimo niuansus.

Siūlome prailginti prekių pristatymo terminą iki 12 sav.

Jeigu bus svarstoma įtraukti ekonominio naudingumo kriterijus, tuomet siūlome šiuos:

1. Šviesos šaltinio modulis su dviem, ≥ 400 W galingumo ksenoninėmis lempomis (arba lygiavertėmis)
2. Monitoriai, kurie integruoti į mikroskopo stovą ekrano įstrižainė $\geq 32''$ (coliai)
3. Mikroskopo „galvos“ atstumas nuo vertikalios centrinės stovo ašies ≥ 1920 mm (skaičiuojant nuo mikroskopo stovo centrinės ašies).

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Komisija sprendžia techninės specifikacijos 13.2 punkto nekeisti, kadangi reikalavimai pilnai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius, o tiekėjas nurodė, kad šį reikalavimą įgyvendinti gali. Perkančiajai organizacijai aktualu, jog siekiamas išigyti mikroskopas turėtų papildomą židinio keitimo funkciją, įgalinančią $\geq 40\%$ didesnę stebimo lauko didinimą ne tik pagrindinio chirurgo binokuliariniame vamzdyje, o ir bent vienam iš papildomų binokuliarinių vamzdžių asistentui. Perkančioji organizacija įsivertins tiekėjo išsakytas pastabas / rekomendacijas dėl galimos rizikos periferinio vaizdo iškraipymams atsirasti.

Komisija norėtų informuoti tiekėją, jog šį pirkimą numatyta vykdyti pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų, todėl ekonominio naudingumo kriterijų įtraukimas svarstomas nebus.

Komisija priima sprendimą pratęsti prekių pristatymo terminą **iki 12 savaičių**.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Prekių pristatymo terminą pratęsti.
3. Apie Komisijos sprendimus informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.