

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„NEUROCHIRURGINIAI INSTRUMENTAI“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-03-20 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **neurochirurginių instrumentų** pirkimo (Nr. **1759023**).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus, pastabas techninės specifikacijos projektui:

1.14.	Skėtiklis	1	1. „Jakson-Burrows“ tipo arba lygiavertis; 2. Bukas; 3. Darbiniai galai su kabliukais, išlenktais į skirtingas puses (į išorę); 4. Bendras ilgis 180 mm ± 2 mm. (±5)
1.17.	Lopetėlė (mikro disektorius)	5	1. „Caspar“ tipo arba lygiavertė; 2. Lenkta žemyn; 3. Diametras 1,8 mm ± 0,1 mm: (±0,2) 4. Bendras ilgis 230 mm ± 2 mm. (±10)
1.18.	Lopetėlė (mikro disektorius)	2	1. „Caspar“ tipo arba lygiavertė; 2. Lenkta į viršų; 3. Diametras 1,8 mm ± 0,1 mm: (±0,8) 4. Bendras ilgis 230 mm ± 2 mm. (±15)
1.19.	Žirklys siūlams karpyti	7	1. „Metzenbaum“ tipo arba lygiavertės; 2. Lenktos; 3. Žirklių galiukai bukas/bukas; 4. Rankenų žiedai pažymėti spalviškai; 5. Darbinės dalies ilgis 140 mm ± 2 mm: (±5) 6. Su volframo karbido (arba lygiavertėmis) įdėklais.
1.21.	Mikrožirklys	1	1. „Bayonet“ tipo arba lygiavertės; 2. Lenktos; 3. Ilgis 190 mm ± 2 mm. (±10)

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas/siūlymus atsako sekančiai:

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 1.14, 1.17, 1.18, 1.21 punktuose nurodyti reikalavimai instrumentams pilnai atitinka Neurochirurgijos klinikos operacinėse dirbančių gydytojų poreikius. Tiekėjo siūlomos korekcijos instrumentams yra nepriimtinos, kadangi nurodyti instrumentai yra skirti darbui galvos smegenyse, todėl yra labai svarbus instrumentų preciziškumas.

Komisija sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 1.16 ir 1.19 punktų reikalavimus kaip nurodyta žemiau:

1.16.	Žnyplės (rondžeris)	3	1. „ Rongeurs slide“ tipo arba lygiavertės; 2. Su instrumento rankenos ašyje esančiu slankiojamu mechanizmu; 3. Darbinis ilgis 180 mm ± 2 mm; 4. Tiesios; 5. Griebiančios dalies dydis (2× 10 mm) ± 0,1 mm; 6. Instrumentas gamykliškai padengtas juodos keramikos danga (arba lygiaverte medžiaga).
-------	---------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.19.	Žirklys siūlams karpyti	7	1. „Metzenbaum“ tipo arba lygiavertės; 2. Lenktos; 3. Žirklių galiukai bukas/bukas; 4. Rankenų žiedai pažymėti spalviškai; 5. Darbinės dalies ilgis 140 mm ± 5 mm; 6. Su volframo karbido (arba lygiaverčiais) įdėklais.
-------	-------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.