

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„MEDICININIS ŠALDYTUVAS IR ŠALDIKLIAI“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2024-11-15 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **medicininio šaldytuvo ir šaldiklių** pirkimo (senos rinkos konsultacijos Nr. 747231, naujos rinkos konsultacijos Nr. 1452755).

Tiekėjas paklausime nurodo:

1 dalis

9 punktas “Fizinė jungtis – DB9 arba DB25, arba RJ45 tipo”

Ar perkančioji organizacija svarstyti pasiūlymą, kuriame šaldytuvas turėtų RS485 jungtis, bei NO/NC/COM kontaktai.

2 dalis

2 punktas “Šaldymo kamera padalinta į ne mažiau kaip 5 skyrius lentynomis, su ne mažiau nei 5 uždaramomis vidinėmis durimis”

Prašome sumažinti vidinių durelių skaičių iki 4, kadangi tūris nėra didelis ir rinkoje esantys šaldikliai turi mažiau vidinių durelių.

Komisija, įvertinus tiekėjo pastabas/siūlymus atsako, kad tiekėjo sūlomas sprendimas (RS485 jungtis, bei NO/NC/COM kontaktai) nepriimtinas, nes nėra suderinamas su esama infrastruktūra.

Komisija sprendžia techninę specifikaciją koreguoti, kaip nurodyta žemiau.

2 pirkimo dalis. Šaldiklis

2.	Šaldiklio konstrukcija	1. Vertikalus; 2. Korpusas pagamintas iš plieno arba milteliniu būdu dažyto plieno, arba lygiavertės medžiagos; 3. Šaldymo kamera padalinta į ne mažiau kaip 5 skyrius lentynomis, su ne mažiau nei 4 uždaramomis vidinėmis durimis; 4. Šaldymo kameros sienelės pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 5. Lentynos pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
----	------------------------	---

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.