

Pirkimo dalis Nr. 1 Paciento Funkcinės slaugos lovos techninė specifikacija (25 vnt.)

<i>Eil nr.</i>	<i>Parametrai (specifikacija)</i>	<i>Reikalaujamos parametrų reikšmės</i>	<i>Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas/produkto pavadinimas)</i>
1.	Čiužinio platforma	Sudaryta iš 4 funkcinų dalių (sekcijų): a) galvos-nugaros, b) sėdmenų, c) šlaunų, d) blauzdų. Platformos paviršius pagamintas iš metalo skersinių. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne didesni kaip 200 x 90 cm. Gulimo paviršiaus rėmas turi būti vientisas, neišardomas. Platformos paviršius suskirstytas pagal anatominius kūno dalių išmatavimus: galvos-nugaros atrama, sėdmenų atrama, šlaunų atrama, blauzdų atrama.	
2.	Čiužinio platformos aukščio reguliavimas	Valdoma elektrine pavarą; Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba 25-40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 80 cm.	
3.	Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas	Valdomas elektra, pultelio pagalba, ne mažiau kaip 70° kampu. Turi būti galimybė, nuleisti šią atramą dingus elektrai ar esant variklio gedimui.	
4.	Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas	Valdomas elektra, pultelio pagalba, ne mažiau kaip 26° kampu.	
5.	Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas	Valdomas mechaniškai, su galimybe fiksuoti keliose padėtyse. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 17°	
6.	Elektriniai varikliai	Sumontuoti po gulima dalimi.	
7.	Sekcijų automatinio regreso funkcija	Gulimo paviršiaus dubens sritis su dvigubo praplatėjimo funkcija, padidinančia sėdimo pagrindo plotį. Praplatėjimas turi būti ne mažesnis kaip 16 cm.	

8.	Lovos valdymo pultas	Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampą, autokontūrą. Su visų funkcijų užrakinimu ir mygtukų apšvietimu. Automatinės užprogramuotos funkcijos personalui (su užrakinimo galimybe): komforto, pusiau Fowlerio, Trendelenburgo, CPR (gulimo paviršiaus išlyginimas ir nuleidimas)	
9.	Šoniniai apsauginiai rėmai	Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 100 % lovos ilgio. Mediniai (MDP) šoniniai apsauginiai rėmai turi būti su galimybe pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 skirtingų atspalvių.	
10.	Lovos galai	Mediniai (MDP), kojų galai turi būti su galimybe pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 skirtingų atspalvių. Su iškirsta anga.	
11.	Lovos ratukai	Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 100 mm; Lovos ratukai su individualiais stabdžiais.	
12.	Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas	Ne didesni kaip: 207 cm x 100 cm	
13.	Lovos svoris (be priedų)	Ne daugiau 120 kg	
14.	Apkrovimas	Maksimali lovos apkrova: pacientas ir čiužinys ne mažiau kaip 200 kg.	
15.	Apsaugos klasė	Pultelio apsaugos klasė neblogesnė kaip IPX4.	
16.	Pasikėlimo kartis su rankena	Tinkama siūlomo modelio lovai	
17.	Čiužinys		

17.1.	Paskirtis	Prevencijai ir 1- 2 stadijos pragulų gydymui. Čiužinys gali būti naudojamas iš abiejų pusių	
17.2.	Čiužinio sandara	Ne mažiau kaip trijų skirtingo tankio sluoksnių čiužinys	
17.3.	Viršutinė ir apatinė dalys	Iš aukštos kokybės minkšto elastingo putų poliuretano: tankis ne mažiau 23 kg/m ³ .	
17.4.	Vidurinė dalis	Iš aukštos kokybės putų poliuretano: tankis ne mažiau 35 kg/m ³ .	
17.5.	Apvalkalas	Čiužinys laminuotas į pusiau permatomą poliuretano plėvelę, be siūlių ir užtrauktukų.	
17.6.	Čiužinio apkrova	Ne mažiau 180 kg	
17.7.	Valymas ir priežiūra	Atitinka higienos standartą SS-EN ISO 811 Galimas valymas švelniomis valymo priemonėmis, dezinfektantais alkoholio pagrindu	
17.8.	Čiužinio matmenys	Atitinkantys lovos gulimojo paviršiaus išmatavimus, čiužinio aukštis ne mažiau 13 cm.	
17.9.	Atsparumas liepsnai	Atitinka standartus EN 597-1, EN 597-2	
17.10.	Sertifikavimas	Pažymėtas CE ženklu ir atitinka MDR 2017/745 direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. Reikalinga pateikti sertifikatus įrodančius prekės CE atitikimą bei atitikimą medicinos prietaisams.	
18.	Sertifikatai	Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiavėčio standarto reikalavimams. Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES MD 2017/745 direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. Gamintojas turi turėti aplinkosauginį standartą ISO 14001	
19.	Garantija	Ne mažiau kaip 3 metai (lovai) ir ne mažiau kaip 18 mėn. čiužiniui	
20.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	
21.	Kartu su preke pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba	

22.	Prekių pristatymas ir sumontavimas	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į LSMUL Kauno klinikų filialo Druskininkų reabilitacijos centrą „Dainava“ (Maironio g. 22), prekių sumontavimas (jei reikia), likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas).	
-----	------------------------------------	--	--

Pirkimo dalis Nr. 2 Paciento staliuko techninė specifikacija (kiekis 5 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas/produkto pavadinimas)
1.	Paskirtis	Paciento staliukai prie lovos, skirti pacientų maitinimui	
2.	Staliuko rėmas	Pagamintas iš dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos	
3.	Konstrukcija	1. Staliukas su 4 ratukais; 2. Bent du ratukai su stabdžiais; 3. Ratukai turi pavažiuoti po lova.	
4.	Stalviršis	1. Pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos; 2. Atsparus skysčiams, valymo ir dezinfekavimo priemonėms (būtinai tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas); 3. Stalviršis su paaukštintais kraštais, apsaugančiais nuo daiktų nuslydimo; 4. Reguliuojamas stalviršio pasvirimo kampas.	
5.	Gabaritiniai staliuko matmenys	Ilgis: 59 – 70 cm Plotis: 40 ± 3 cm	
6.	Stalviršio matmenys	Ilgis: 55 cm ± 10 cm Plotis: 40 ± 3 cm	
7.	Stalviršio aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	74 cm – 115 cm	
8.	Maksimali apkrova	≥ 10 kg	
9.	Kartu su staliuku pateikiama dokumentacija	Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis	
10.	Garantinis laikotarpis	≥ 24 mėnesiai	

11.	Prekių pristatymas ir sumontavimas	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į LSMUL Kauno klinikų filialo Druskininkų reabilitacijos centrą „Dainava“ (Maironio g. 22), prekių sumontavimas (jei reikia),	
-----	------------------------------------	---	--

Pirkimo dalis Nr. 3 Paciento transportavimo kėdės techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas/produkto pavadinimas)
1.	Kėdės konstrukcija	1. Rėmas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), padengtas nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga; 2. Su atramomis rankoms (porankiais) ir kojoms (pakojais); 3. Atramos rankoms – nuimamos arba atlenkiamos konstrukcijos; 4. Atrama (-os) kojoms (pakojai) – atlenkiama (-os), nusukama (-os) į šonus arba patraukiama (-os) / nustumiami (-os) po sėdyne, kad netrukdytų pacientui atsisėdimo metu; 5. Su integruota (-omis) stūmimo rankena (-omis).	
2.	Vežimėlio maksimali apkrova (maksimalus paciento svoris)	≥ 200 kg	
3.	Kėdės matmenys	Ilgis: 166 cm ± 3 cm; Plotis: 69 ± 3 cm; Aukštis: 122 – 145 cm.	
4.	Sėdimosios dalies matmenys	1. Sėdimosios dalies plotis: ≥ 50 cm; 2. Sėdimosios dalies aukštis (matuojant nuo grindų): 48 cm ± 3 cm.	
5.	Važiuklė	1. Ratukai manevringi, padengti gumine danga; 2. Ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 12,5 cm; 3. Ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais arba su centriniu stabdžiu; 4. Bent vienas ratukas fiksuojamas	

		kryptiškai.	
6.	Kojų (blauzdų) atramos pasvirimo kampo reguliavimo diapazonas (<i>ne siauresnis už nurodytą</i>)	10° - (-90°)	
7.	Nugaros dalies pasvirimo kampo reguliavimo diapazonas (<i>ne siauresnis už nurodytą</i>)	12° – 80°	
8.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)	
9.	Garantinis terminas	Ne mažiau 24 mėnesiai	
10.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	
11.	Kartu su preke pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba	
12.	Prekės pristatymas ir sumontavimas	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekės pristatymas į LSMUL Kauno klinikų filialo Druskininkų reabilitacijos centrą „Dainava“ (Maironio g. 22), sumontavimas (jei reikia), likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas).	