

ATVIRO KONKURSO
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjų siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA: Tiekėjų siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvaustė tiekėjų siūlymus pateiktus 2025-03-07 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtos rinkos konsultacijos metu dėl medicinos pagalbos priemonių pirkimo (pirkimo ID numeris 1574625).

Siūlymai pirkimo daliai Nr. 27 „Saugi arterinio kraujo paėmimo sistema su adata 22±1 G x 32 ±1 mm kraujo dujų tyrimams atlikti“

Pasiūlymai dėl 27 p.d. reikalavimų:

- *tinka naudoti su aparatu RAPIDPoint 500e (su Integri-sense technologija)- dažniausiai gamintojai „nepriša“ savo aparatų prie konkrečių vnk. priemonių, todėl prašome ši reikalavimą naikinti arba pateikti aparato gamintojo naudojimo instrukciją/metodiką.*
- *saugiu adatos nuėmimo įtaisu - prašome šalinti šį reikalavimą, kadangi adata nuimama ranka, imant ją už pagrindo kur nėra jokios aštrios dalies susižeisti, t.y. perteklinis reikalavimas nesant pavojau susižeisti/įsidurti.*
- *švirkšto tūris 1 – 1,7 ml - prašome praplėsti reikalavimą iki 2,5ml (1-2,5ml) arba taikyti formuluotę „ne siauriau kaip“.*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 27 „Saugi arterinio kraujo paėmimo sistema su adata 22±1 G x 32 ±1 mm kraujo dujų tyrimams atlikti“, sutinka naikinti techninės specifikacijos reikalavimą „tinka naudoti su aparatu RAPIDPoint 500e (su Integri-sense technologija)“, sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „švirkšto tūris 1 – 1,7 ml“ į reikalavimą „švirkšto tūris: 1 – 2,5 ml“.

Komisija nesutinka naikinti techninės specifikacijos reikalavimo „saugiu adatos nuėmimo įtaisu“, nes didėja rizika susižeisti. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

Techninę specifikaciją skaityti taip:

27. Saugi arterinio kraujo paėmimo sistema su adata 22±1 G x 32 ±1 mm kraujo dujų tyrimams atlikti:

- sterili (pažymėta simboliu);
- savaime užsipildanti;
- su sausu heparinu, laisvai judančiu švirkšto cilindre arba tolygiai padengtu ant švirkšto sienelių;
- elektrolitams subalansuoto heparino kiekis ne mažiau 80 IU/ml arba subalansuotas tiriamiesiems parametrams elektrolitams ir jonizuotui kalciui pateikiant tai įrodančius dokumentus;
- orą išstumiančia „kepurėle“ arba lygiavertė priemonė;
- maišymo rutuliuku arba lygiavertė priemonė;
- saugiu adatos nuėmimo įtaisu;
- švirkšto tūris: 1 – 2,5 ml;
- adatos ilgis 32 ± 1 mm;
- adatos diametras 22 ±1 G
- įpakuota po 1vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
 - su nurodyta galiojimo data.
- Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.*

Siūlymas pirkimo daliai Nr. 31-32 „Trepanai (vakuuminiai)“

Prašome pakoreguoti 31-32 p.d. reikalavimus ir panaikinti abiejose pozicijose ašmenų dydį 6,25 mm.

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 31-32 „Trepanai (vakuuminiai)“, sutinka iš dalies tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą pirkimo daliai Nr. 32. „Recipiento ragenai“ ir pašalinti reikalavimą „ašmenų diametras 6,25 mm“.

Techninę specifikaciją skaityti taip:

Nr. 32.Trepanai (vakuuminiai)

Recipiento ragenai:

- 360 laipsnių 16 skyrių siurbimo kamera;
- 16 radialinių kameros padalijimų;
- vienkartiniai (pažymėta simboliu);
- sterilūs (simbolis ant pakuotės);
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
- ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data mėnesiais;
- įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto Sistema vakuumui sukelti.

Poz. Nr.	Ašmenų diametras	Orientacinis poreikis (vnt.)
32.	6,00±0,01 mm	25
	6,50±0,01 mm	
	9,00±0,01 mm	

Siūlymas pirkimo daliai Nr. 33 „Zondas maitinimo Kangaroo tipo arba lygiavertis“

Prašome pakoreguoti 33 p.d. reikalavimus:

- reikalavime „rentgenokontrastinis, užapvalintu uždaru galu, gale nuo 2 – 4 angelių“ tikslinti angelių skaičių „gale nuo ~~2~~ 1 – 4 angelių“
- reikalavimą „zondo gale įlydytas svarelis“ patikslinti į „zondo galas su svareliu“
- reikalavimą „zondo papildoma anga turi būti tinkama prijungti maitinimo švirkštui“ tikslinti į „Y tipo jungtis kurių viena skirta maitinimui, kita švirkšto prijungimui medikamentams suleisti“
- reikalavimą „jungtis turi būti tinkama Žanet švirkštui“ tikslinti į „jungtis ENFit jungtis (standartas enterinio maitinimo sistemoms ir priemonėms)“
- panaikinti reikalavimą „Skersmuo 2,6 mm“

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 33 „Zondas maitinimo Kangaroo tipo arba lygiavertis“, nesutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimo iš „rentgenokontrastinis, užapvalintu uždaru galu, gale nuo 2 – 4 angelių“ į reikalavimą „rentgenokontrastinis, užapvalintu uždaru galu, gale nuo 1 – 4 angelių“, kadangi turint 2 – 4 aneles, sukuriama mažesnis slėgis, geriau paskirstomas maitinimo srautas ir užtikrinama geresnė maitinimo kokybė. Komisija nesutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimo iš „zondo gale įlydytas svarelis“ į reikalavimą „zondo galas su svareliu“, kadangi įlydytas svarelis užtikrina didesnę tvirtumą, nes yra integruotas į zondo konstrukciją, todėl jis nesukels problemų dėl atskirų dalių atsiskyrimo ar nusidėvėjimo laikui bėgant. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos

poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

Komisija sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „zondo papildoma anga turi būti tinkama prijungti maitinimo švirkštui“ į reikalavimą „Y tipo jungtis kurių viena skirta maitinimui, kita švirkšto prijungimui medikamentams suleisti“. Sutinkame tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „jungtis turi būti tinkama Žanet švirkštui“ į reikalavimą „ENFit jungtis“. Sutinkame naikinti techninės specifikacijos reikalavimą „Skersmuo 2,6 mm“.

Techninę specifikaciją skaityti taip:

33. Zondas maitinimo Kangaroo tipo arba lygiavertis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);
- vienkartinis (pažymėta simboliu);
- lankstus;
- silikoninis ar poliuretaninis arba lygiaverčių medžiagų;
- su kamštelio konektoriui;
- rentgenokontrastinis, užapvalintu uždaru galu, gale nuo 2 – 4 angelių;
- vedlys zondo įvedimui;
- zondo gale įlydytas svarelis;
- distalinis galas padengtas hidrofiliniu sluoksniu;
- Y tipo jungtis kurių viena skirta maitinimui, kita švirkšto prijungimui medikamentams suleisti;
- ENFit jungtis;
- ilgis 110 ± 5cm.;
- įpakuota po 1 vnt.;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Poz. Nr.	Dydis	Orientacinis poreikis (vnt.)
33.	CH 8	50

NUTARTA:

1. Iš dalies tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo dalims Nr. 27, Nr. 32, Nr. 33.

2. Netikslinti techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo daliai Nr. 31.

3. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti rinkos dalyvius.