

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjų siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA: Tiekėjų siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

2025-03-24 ir 2025-03-27 gauti Tiekėjų siūlymai dėl 2025-03-20 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto „**Medicinos pagalbos priemonės**“ (Nr. 1743062) techninės specifikacijos rinkos konsultacijos projekto:

Tiekėjai pateikia siūlymus:

Nr. 1. Rinkinys arterijos kateterizacijai Seldingerio būdu 22G;

Kadangi aprašytas konkretus modelis, siūlome atsižvelgti į šias pastabas:

Perkutaninė drenavimo sistema skirta skysčių iš paciento kūno ertmių pašalinimui. Rinkinys gali būti naudojamas drenažui gravitacijos būdu arba siurbimo būdu, prijungtu prie surinkimo sistemos. Įrenginys taip pat gali būti naudojamas skysčių, tokių kaip druskos skalavimo tirpalai, infuzijai.

Galimas panaudojimas:

- Ascitui pilvo ertmėje

- Pneumatoroksui

- Pleuros drenavimui

Rinkinio sudėtis:

- Sugraduotas „Pig tail“ poliuretano kateteris su dvigubu vienos krypties vožtuvu. Kateteris pagamintas iš biologiškai suderinamos, nepirogeninės ir rentgeno spindulių neskaidrios medžiagos;

- Veress adata su integruotu saugos indikatoriumi ir Leur Lock jungtimi;

- Kreipiančioji viela pagaminta iš nerūdijančio plieno, kurios ilgis ne trumpesnis nei 800 mm. Viela privalo būti sužymėta, teisingos padėties nustatymui. Vielos antaglis J formos.

- Adata aštriu galu (18G).

- Surinkimo maišas 2000 ml su Leur Lock jungtimi, integruotais vidiniais vienkrypčiais ir oro išleidimo vožtuvais.

- Prailginimo linija

- aktyvioji siurbimo jungtis skirta prijunti prie krūtinės drenažo sistemos, kad būtų galima naudoti aktyviam siurbimui.

- Spaustukas

- Drugelio fiksavimo rinkinys

- Švirkštas su Luer Lock jungtimi.

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą tikslina, kad Tiekėjo siūlymai neatitinka perkamos priemonės techninės specifikacijos, todėl tikėtina, jog įvyko klaida. Pirkimo dalyje Nr. 1. perkama priemonė „Rinkinys arterijos kateterizacijai Seldingerio būdu 22G“.

Nr. 2. Drenai chirurginiai silikoniniai ar lygiavertės medžiagos, sterilūs (10, 12 dydžio);

Prašome tikslinti Drenų dydžius iš CH 10 CH 12 sekančiais: „dydis: CH10; CH15;“ Taip Perkančioji organizacija padarys pirkimą konkurencingesnį.

Siūlome pakoreguoti perforacijos ilgį, t.y. praplėsti:

- perforacijos ilgis \geq 10-17 cm;

Siūlomi sprendimai praplėčia galimybę sudalyvauti daugiau galimų, potencialių tiekėjų.

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai **Nr. 2. Drenai chirurginiai silikoniniai ar lygiavertės medžiagos, sterilūs (10, 12 dydžio)**, nesutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimo iš „dydis: CH10; CH12“ į reikalavimą „dydis: CH10; CH15“, kadangi ribos yra praplėstos per daug ir dydžiai neatitiks įstaigos poreikių. Nesutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimo iš „perforacijos ilgis $\geq 15,5-17$ cm“ į reikalavimą „perforacijos ilgis $\geq 10-17$ cm“, kadangi dažniausiai operacinių žaizdų drenavimui reikia drenų su ilgesne perforuota dalimi (>15 cm), nes yra didelės žaizdos (pilvo plastikos, krūtų operacijos, pragulos ir kt.).

Nr. 3. Enterinės mitybos kasetės.

Dėl 3 pirkimo dalies, vientisos enterinės sistemos su 1000ml B.Braun Melsungen jau nebegamina, daba susideda iš dviejų dalių:

3.1

- tinkanti „Enteroprot plus“ maitinimo pompai;
- sterili (simbolis ant pakuotės);
- vienkartinė (pažymėta simboliu);
- su spaustuku ir konektoriumi EnFit ar lygiaverčiu;
- jungtis prie enterinės mitybos zondo;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
- įpakuota po 1 vnt.

3.2

- su ne mažiau kaip 1500 ml permatomu maišu;
- tinka jungti su enterine sistema tinkančia „Enteroprot plus“ maitinimo pompai;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
- įpakuota po 1 vnt.

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai **Nr. 3. Enterinės mitybos kasetės**, sutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimus ir dalinti į dvi dalis. Taip pat, pakeitus techninės specifikacijos reikalavimus ir atsižvelgiant į įstaigos poreikius, pridėdame punktą „su galimybe užsisakyti vieną iš dviejų“ t. y., gavus naujas maitinimo pompas, skyriams ne visada reikalingi maišai.

3.1. Enterinės mitybos kasetė:

- tinkanti „Enteroprot plus“ maitinimo pompai;
- sterili (simbolis ant pakuotės);
- vienkartinė (pažymėta simboliu);
- su spaustuku ir konektoriumi EnFit ar lygiaverčiu;
- jungtis prie enterinės mitybos zondo;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
- su galimybe užsisakyti vieną iš dviejų.
- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

3.2. Maišas, skirtas prie enterinės mitybos kasetės:

- su ne mažiau kaip 1500 ml permatomu maišu;
- tinka jungti su enterine sistema tinkančia „Enteroprot plus“ maitinimo pompai;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
- įpakuota po 1 vnt.;
- su galimybe užsisakyti vieną iš dviejų.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Nekeisti techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo daliai Nr. 2.
2. Keisti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo daliai Nr. 3.
3. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti siūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus dalyvius.