



Suinteresuotiems asmenims

2025-04-11

DĖL „ENDOSKOPO KOLONOSKOPIJOMS IR GASTROFIBROSKOPIJOMS ATLIKTI SU VAIZDO GASTROFIBROSKOPIJOS ZONDAIS PIRKIMO“ RINKOS KONSULTACIJOS

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis vykdanči „Endoskopo kolonoskopijoms ir gastrofibroskopijoms atlikti su vaizdo gastrofibroskopijos zondais pirkimas“ (toliau – Pirkimas) rinkos konsultaciją (CVP IS Nr. 1844975), kad išnagrinėjus gautus tiekėjų siūlymus/prašymus, pateikia atsakymus:

Eil. Nr.	Tiekėjų prašymai/siūlymai/pastabos	Perkančiosios organizacijos atsakymai
1.	<p>1. Techninės specifikacijos punktas Nr. 2.3. Prašome praplėsti šio punkto reikalavimą pridėdant galimybę siūlyti „DVI“ tipo jungtį. Šis pakeitimas nei vaizdų kokybei, nei įrangos ilgaamžiškumui įtakos neturi. Fujifilm savo procesoriuje naudoja būtent „DVI“ jungtį.</p>	<p>Perkančioji organizacija nesutinka su siūlomais pakeitimais. DVI tipo jungtis nebus įtraukta į reikalavimus, nes tokios jungties maksimali rezoliucija yra 1920 x 1200, kas yra 1200 p ir šiek tiek viršija FullHD, bet nepasiekia nei 1440 p QuadHD nei 2K ar aukščiau. HDMI arba 12G-SDI rezoliucija yra 4096×2160, kas yra 2160 p (4K/UHD). Naujausias Fujifilm produktas Eluxeo 8000 (Welcome, Future. ELUXEO® 8000 Endoscopy System. Fujifilm [United Kingdom]) nurodo, kad palaikoma 4K vaizdo kokybė, vadinasi naudoja arba HDMI, arba 12G-SDI jungtis. Senesni modeliai, kaip ELUXEO 7000 ir ELUXEO 6000 turi tik 1200 p. Būtent šie Fujifilm vaizdo procesoriai turi DVI jungtis, tačiau jie yra praeitos kartos ir perkančioji organizacija siekia turėti naujausią įrangą.</p>
2.	<p>Pagal techninės specifikacijos reikalavimus matyti, kad Olympus siūlys senos kartos 185 serijos endoskopus, kurie nei vaizdo kokybe, nei endoskopo valdymu neprilygsta Fujifilm 700 serijos endoskopams, kuriuos ir siūlysimė Jūsų planuojamame pirkime. Balų kiekis, skiriamas už gastrokopų suderinamumą ir lietuvių kalbą vaizdo centro prietaise, nepalieka galimybės</p>	<p>Perkančioji organizacija nesutinka pridėti papildomo ekonominio naudingumo kriterijaus, kadangi procedūros plonojo žarnyno ištyrimui VŠĮ Šeškinės poliklinikoje nėra atliekamos. Tai būtų perteklinis reikalavimas, kuris galimai apribotų konkurenciją ir Perkančioji organizacija permokėtų už nebūtiną įrenginio funkcijas.</p>

	<p>teikti konkurencingą pasiūlymą, todėl prašome suteikti balų ir už Fujifilm įrangos privalumus.</p> <p>Atkreipiame dėmesį, kad šis papildymas suteiktų papildomus balus ir Fujifilm, ir Olympus pasiūlymuose - nesuteiks išskirtinių sąlygų vienam gamintojui.</p> <p>Dabartinės ekonominio naudingumo sąlygos Olympus kompanijai suteikia 25 balų pranašumą ir tai, mūsų nuomone, nėra sąžininga vien dėlto, kad siūlysimė pažangesnes technologijas ir sprendimus turinčią įrangą.</p> <p>Suprantame kodėl Perkančioji organizacija nurodo suderinamumą kaip itin svarbų kriterijų, tačiau endoskopų sugedimo atveju ir įmonė „X“ tiekia pakaitinius endoskopus, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas sistemos darbas.</p>	
--	--	--

Vertinimo kriterijai			Parametro lyginamasis svoris	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K)				X=70
Privalumai (P)				Y=30
Eil. Nr.	Parametrai	Vertinimo būdas	Balai	Y = 30
1	Vaizdo centras suderinamas su turimais Olympus gamintojo GIF-H185 gastroskopais (P ₁)	Statinis: (yra/nėra)	10	
2	Vaizdo centras suderinamas su balioninei enteroskopijai skirtais endoskopais (P ₂)	Statinis: (yra/nėra)	12	
3	Garantijos trukmė ≥ 36 mėn. (P ₃)	Statinis: (yra/nėra)	5	
4	Vaizdo centro prietaiso valdymo kalba: Lietuvių kalba (P ₄)	Statinis: (yra/nėra)	3	

Perkančioji organizacija laikosi tvirtos pozicijos, kad techninė specifikacija buvo parengta siekiant užtikrinti tyrimo tikslumą, saugumą ir konkurencingumą. Atsižvelgiant į tai, visi siūlymai buvo kruopščiai įvertinti ir atmesti, nes jie galėtų neproporcingai apriboti tiekėjų galimybes pasiūlyti alternatyvius sprendimus, kurie taip pat atitinka Perkančiosios organizacijos tikslus. Rinkos analizės metu buvo įvertinti įvairūs tiekėjų pasiūlymai ir jų siūlomi sprendimai, atsižvelgiant į šiuo metu galiojančius poreikius ir ateities proceso tobulinimo perspektyvas.