

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO
„STERILIZATORIAI IR INSTRUMENTŲ PLOVIMO MAŠINA“
(PIRKIMO NR. 99513 (SENO PIRKIMO NR. 745932))
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo paklausimo.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas.

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjo paklausimą dėl 2024-11-10 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Sterilizatoriai ir instrumentų plovimo mašina**“ (pirkimo Nr. 99513 (seno pirkimo Nr. **745932**)) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos).

Tiekėjas paklausime nurodo:

„Prašome paaiškinti 1 pirkimo dalies 20 punktą. 1. Kas yra kontrolieriai? 2. Kas yra centralizuotas valdymas iš sterilizacinėje sumontuoto spalvoto vaizdo, lietimui jautraus valdymo ekrano. Kur turi būti valdymo ekranas - ar kažkur sterilizacinės patalpose ar ant pačio sterilizatoriaus? Taip pat neaišku ar abiejose sterilizatoriaus pusėse turi būti ekranai/ekranas ar kažkur sterilizacinės patalpoj atskirai ar ant pačio įrengimo. Kiek tų ekranų turi būti iš viso ir kur jie turi būti išdėstyti?“

Komisija, apsvarsčiusi tiekėjo paklausimą atsako sekančiai:

Komisija pažymi, kad kiekvieno sterilizatoriaus sterilizacijos procesas valdomas dviem nepriklausomais kontrolieriais – valdymo procesoriais, kurių kiekvienas iš jų yra prijungtas prie vieno temperatūros ir vieno slėgio jutiklio, su centralizuotu valdymu iš sterilizacinėje sumontuoto spalvoto vaizdo, lietimui jautraus valdymo ekrano. Norima, kad vykstantis sterilizacijos procesas, jo parametrai būtų matomi iš toliau. Tikslinga, kad valdymo skydeliai būtų kiekvieno sterilizatoriaus pakrovimo ir iškrovimo pusėse. Centralizuoto valdymo ekrano lokalizacija sterilizacinėje būtų derinama įrangos montavimo metu.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos paaiškinimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.