

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„ARTROSKOPINIAI IMPLANTAI”
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-03-24 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **artroskopinių implantų** pirkimo (Nr. 1804968).

Tiekėjas paklausime teikia šiuos siūlymus pastabas dėl techninės specifikacijos reikalavimų:

4 pirkimo dalis

4.1.2.	Endosaga lateralinės pusės fiksacijai	1. Raištinė, apvali; 6,6-10 mm 2. Ne didesnio skersmens kaip 6,6 mm; 3. Ne mažiau kaip keturių kiaurymių; 4. Titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos).	
4.1.3.	Raištinė sistema (kilpa)	Raištinė sistema (kilpa) iš #5 storio siūlų, arba #7 nesirezorbuojančiu aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu su pinto nesirezorbuojančio aukštos molekulinės masės poliesterio apvalkalu (arba lygiavertė medžiaga).	

5 pirkimo dalis

5.4.	Komplekte su implantu pateikiama:	1. Siūlas #0 - #2 storio, polietileno pagrindu su pinto poliesterio (arba lygiavertės medžiagos); 2. Dvi adatos 22,2 - 26 mm, 1/4 lenktos su pjaunančiu galiuku Su adata	
------	-----------------------------------	--	--

Taip pat, tiekėjas siūlo keisti prekių pristatymo terminą:

“Ne ilgesnis kaip 3 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos.

arba

Numatytas Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas, atsako sekančiai:

Komisija pastebi, kad 4 pirkimo dalies 4.1.2.2 ir 4.1.3 punktuose nurodytas „endosagos“ skersmuo ir raištinės sistemos siūlo storis ir sudėtis pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Tiekėjo siūlymas žymiai didinti nurodytus išmatavimus bei supaprastinti siūlų sudėtį yra nepriimtinas, kadangi tokiu būdu būtų apribojamos raištinės sistemos funkcinės savybės ir pritaikomumo galimybės esant įvairioms chirurginėms situacijoms.

Komisija pažymi, kad 5 pirkimo dalyje nurodyti reikalavimai kartu su implantu komplektuojamiems siūlui ir adatoms pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Tiekėjo siūlymas supaprastinti siūlo sudėtį ir naikinti techninės specifikacijos 5.4.2 punkto reikalavimą, kad siūlomos adatos turi būti lenktos ir su pjaunančiu galiuku, ribotų perkančiosios organizacijos galimybes įsigyti smulkiųjų kaulų inkarinių implantų operacijoms tinkamas komplektuojančias dalis.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, Komisija sprendžia techninės specifikacijos nekeisti.

Komisija pažymi, kad tiekėjo siūlymas pratęsti prekių pristatymo terminą iki 3 mėn. yra per ilgas ir nepriimtinas perkančiajai organizacijai.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.