

## RINKOS KONSULTACIJA

### MEDICININĖS ĮRANGOS (KARDIOLOGINĖS DIAGNOSTINĖS SISTEMOS) PIRKIMAS

#### ATASKAITA

##### (I) BENDRA INFORMACIJA

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl *medicininės įrangos (Kardiologinės diagnostinės sistemos) pirkimo*.

1.2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.

1.3. Rinkos konsultacija paskelbta 2025-04-07 d. 16:13<sup>1</sup>. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo 2025-04-10 d. 10:00 val. Lietuvos laiku.

1.4. Iš viso norą sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl *medicininės įrangos (Kardiologinės diagnostinės sistemos) pirkimo* išreiškė 1 (vienas) dalyvis, kurio atsakymai bei įžvalgos ir yra aptariamoms šioje ataskaitoje.

1.5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentais pateiktą klausimą.

1.6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:

---

<sup>1</sup> Pirkimo Nr. 2075476, prieiga: <https://viesiejiirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=2075476>

1.6.1.tiekėjo atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (II dalis);

1.6.2. išvada (III dalis).

**(II) DALYVIŲ ATSAKYMAI Į LSMU PARENGTĄ KLAUSIMYŅĄ**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Klausimas</b>	<b>1 Tiekėjo nuomonė</b>	<b>Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) atsakymas</b>
1.	Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.	Ne visai. Pastebėjimai ir pasiūlymai parašyti techninėje specifikacijoje.*	Atsakymas po lentele.
2.	Ar Perkančiosios organizacijos pirkimui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama: Pirkimui skirta lėšų suma eurais be PVM – ne daugiau kaip 18 181,82?	Kol kas negalime pasakyti, nes gamintojai šiuo metu kelia kainas.	-
3.	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.	Ne visai. Pastebėjimai ir pasiūlymai parašyti techninėje specifikacijoje.*	Atsakymas po lentele.
4.	Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs?	Taip	-

	Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.		
5.	Ar žalieji, aplinkosauginiai, reikalavimai nurodyti sąlygose yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.	Taip	-
6.	Ar ekonominio naudingumo kriterijų reikalavimai nurodyti sąlygose yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.	Taip	-
7.	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.	Taip, jei bus atsižvelgta į pastebėjimai ir pasiūlymai	-
8.	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.	-	-
9.	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi aiškiai pažymėti, kurią informaciją laiko	-	-

	konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.		
--	---	--	--

\*Tiekėjo klausimai dėl techninės specifikacijos ir perkančiosios organizacijos atsakymai:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas</b>	<b>- Perkančiosios organizacijos reikalaujama prekės techninio parametro Reikšmė</b>	<b>Tiekėjo klausimas</b>	<b>Perkančiosios organizacijos atsakymas</b>
3.5	- Derivacijos (privalomos ne mažiau nei išvardinta):	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standartinės;</li> <li>- Cabrera;</li> <li>- Nehb;</li> <li>- Frank;</li> <li>- kairysis posteriorinis</li> <li>- dešinysis prekardialinis</li> </ul>	Prašome paaiškinti ką reiškia Frank derivacija. Mūsų gamintojas nesuprato šio parametro reikšmę.	Frank derivacijų sistema yra speciali elektronų konfigūracija, naudojama vektorinėje kardiografijoje - 3D elektrinio širdies aktyvumo registravimo metodas.
3.11	Širdies ritmo (HR – Heart Rate) diapazonas	Ne siauresnis nei nuo 15 iki 300 dūžių per minutę	Prašome pakeisti į 30 - 300 susitr./min Ekstremaliai lėtas širdies ritmas (bradikardija) gali būti mažesnis nei 60 susitraukimų per minutę, tačiau 15 susitraukimų per minutę dažnis yra labai retas ir dažniausiai nesuderinamas su gyvybe be intensyvios medicininės intervencijos, ypač	Perkančioji organizacija įrangą perka specializuotam kardiologiniam skyriui, kuris yra tuo pačiu ir mokslinis institutas, šie parametrai yra būtini.

			atliekant krūvio EKG. 30 susitraukimų per minutę dažnis jau apima didžiąją dalį kliniškai reikšmingos bradikardijos atvejų. 15 susitraukimų per minutę dažnis yra toks retas, kad jo fiksavimas nebūtų dažnas praktikoje.	
--	--	--	---	--



### **(III) IŠVADOS**

- 3.1. Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai susipažino su pirkimo dokumentais ir pateikė atsakymus, pasiūlymus, pastabas.
- 3.2. Rinkos konsultacijoje sudalyvavo 1 dalyvis, į kurio klausimas atsakyta.
- 3.3. Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.
- 3.4. Rinkos konsultacija yra užbaigiama.