

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas		Rinkos dalyvių konsultacija dėl planuojamo pirkimo „Optinės koherentinės tomografijos sistema“	
RDK paskelbimo data ir numeris		2025-03-18 Nr. 1711429	
RDK vykdymo laikotarpis		nuo 2025-03-18 iki 2025-04-01 12 val.	
RDK vykdyta šiuo būdu		CVP IS	
INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS			
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius		2	
TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ			
Tiekėjo siūlomi pakeitimai		Perkančiosios organizacijos sprendimas	
-		-	
Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninės specifikacijos projektui			
Techniniai parametrai	Parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomas pakeitimas	Perkančiosios organizacijos sprendimas
1. Prietaiso paskirtis	Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. fluorescencinės (kontrastinės) angiografijos (FA); 3. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto)	Pakeisti reikalavimą į: „Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1.Optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2.OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto)“ kad būtų užtikrintas konkurencingumas tarp tiekėjų:	Keičiame reikalavimą: „Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. Optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto)“
12. OKT angiografijos tyrimas	Būtinai, leidžiantis vizualizuoti tinklainės, gyslainės ir optinio nervo disko kraujagysles, nenaudojant kontrasto	Pakeisti reikalavimą į „Būtinai, leidžiantis vizualizuoti tinklainės ir optinio nervo disko kraujagysles, nenaudojant kontrasto“. Reikalavimas neaiškus, dviprasmiškas ir ribojantis konkurenciją.	Keičiame reikalavimą: „Būtinai, leidžiantis vizualizuoti tinklainės ir optinio nervo disko kraujagysles, nenaudojant kontrasto“.

19.1 To paties gamintojo kaip OKT, pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas	Staliukas medicininės paskirties, pritaikytas ir pacientams sėdintiems vežimėlyje tirti.	Pakeisti reikalavimą 19.1 į: „Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas“ nereikalaujant jo to paties gamintojo kaip OKT	Keičiame reikalavimą: <i>„Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas“</i>
--	--	--	--

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI

Rinkos dalyvių konsultacijoje dalyvavo 2 tiekėjai, kurie turėjo pastabų ir siūlymų techninės specifikacijos projektui. Perkančioji organizacija išnagrinėjo pastabas ir jas įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija atsižvelgs į gautus siūlymus ir rekomendacijas taip, kaip aukščiau nurodyta.