

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjo siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA: Tiekėjo siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

2024-12-27 gauti Tiekėjo siūlymai dėl 2025-03-20 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto „**Medicinos pagalbos priemonės**“ (Nr. 1741890) techninės specifikacijos rinkos konsultacijos projekto:

Tiekėjas pateikia siūlymus:

Nr. 3 Fiksuojamasis tvarstis.

Siūlome koreguoti sekančiai:

Fiksuojamasis tvarstis:

- vientisas;
- elastinis (lygiavertis – būti negali, arba elastinis arba ne elastinis);
- neištempto tvarsčio išmatavimai 6 ± 1 cm x 20 ± 1 m;
- pasižymi dvigubu sukibimo efektu, kurį suteikia specialios mikrostruktūros krepinis ar lygiavertis audinys;
- tvarsčio sluoksniai gerai sukimba tarpusavyje, bet neprikimba prie odos, plaukų ar drabužių;
- švelnus ir bekvapis (siūlome naikinti, nes toks parašymas TDS negarantuoja, kad tvarstis toks ir yra, arba – prašyti pavyzdžių);
- sudėtyje nėra natūralaus kaučiuko latekso, chloro ar akrilatų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- pralaidus orui;
- nedirgina odos
- naudojamas tvarsčių fiksavimui;
- tvarsčio nereikia rišti;
- nenusmunka, neriboja judesių (siūlome naikinti, nes toks parašymas TDS negarantuoja, kad tvarstis toks ir yra, arba – prašyti pavyzdžių);;
- elastingumas ne mažiau 80 %
- susideda iš: medvilnės – ne mažiau 35%, viskozės – ne daugiau 45% ir poliamido – ne daugiau 20% ar lygiaverčių medžiagų. Siūloma sudėtis užtikrina aukščiau pageidaujamą elastingumą, draugiškumą odai (dėl medvilnės), pralaidumą orui.

Siūlome įrašyti atitikimą MDR 2017/745/EU

Viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „elastinis arba lygiavertis“ į reikalavimą „elastinis“. Sutinka naikinti reikalavimus: „švelnus ir bekvapis“, „nenusmunka, neriboja judesių“. Komisija, taip pat, sutinka tikslinti reikalavimą iš „išmatavimai 6 ± 1 cm x 20 ± 1 m“ į reikalavimą „neištempto tvarsčio išmatavimai 6 ± 1 cm x 20 ± 1 m“. Sutinka tikslinti reikalavimą iš „elastingumas ne mažiau 85 %“ į reikalavimą „elastingumas ne mažiau 80 %“. Sutinka tikslinti reikalavimą iš „susideda iš: medvilnės, viskozės ir poliamido ar lygiaverčių medžiagų“ į reikalavimą „susideda iš: medvilnės – ne mažiau 35%, viskozės – ne daugiau 45% ir poliamido – ne daugiau 20% ar lygiaverčių medžiagų“.

Taip pat, atsižvelgiant į įstaigos poreikius, pridedamas papildomas techninės specifikacijos reikalavimas „išvengiant asociacijų su kraujuojančia žaizda, reikalaujame, kad tvarstis nebūtų raudonos spalvos“.

Techninę specifikaciją skaityti taip:

3. Fiksuojamasis tvarstis:

- vientisas;
- elastinis;
- neištempto tvarščio išmatavimai 6 ± 1 cm x 20 ± 1 m;
- pasižymi dvigubu sukibimo efektu, kurį suteikia specialios mikrostruktūros krepinis ar lygiavertis audinys;
- tvarščio sluoksniai gerai sukimba tarpusavyje, bet neprikimba prie odos, plaukų ar drabužių;
- sudėtyje nėra natūralaus kaučiuko latekso, chloro ar akrilatų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- pralaidus orui;
- laidus orui, nedirgina odos
- naudojamas tvarščių fiksavimui;
- tvarščio nereikia rišti;
- elastingumas ne mažiau 80 %
- susideda iš: medvilnės – ne mažiau 35%, viskozės – ne daugiau 45% ir poliamido – ne daugiau 20% ar lygiaverčių medžiagų.
- išvengiant asociacijų su kraujuojančia žaizda, reikalaujame, kad tvarstis nebūtų raudonos spalvos.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo daliai Nr. 3.
2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti siūlymą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.