



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams

2025-04- 15 Nr. S25-010- 0364

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ Prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo komisija pateikia atsakymus į gautus tiekėjo klausimus dėl konkurso „Kalorimetro pirkimas“ pirkimo sąlygų paaiškinimo:

1. Klausimas: Ar turimas slėginis indas tai slėginė talpa, kurios pagalba vykdomas bandymų kameros (ang. "bomb") praplovimas naudojant vandenį po spaudimu?

Atsakymas: Tai nėra slėginė talpa, kurios pagalba vykdomas bandymų kameros praplovimas. Mūsų turimas slėginis indas yra bandymų kamera, kurioje vykdomas pats mėginio sudeginimas.

2. Klausimas: Ar tai bandymų kamera (ang. "bomb"), kurioje vykdomas pats mėginio sudeginimas?

Atsakymas: Taip.

3. Klausimas: Prašome nurodyti turimo slėginio indo gamintoją.

Atsakymas: Turimo slėginio indo gamintojas Parr Instrument Company.

4. Klausimas: prašome patikslinti kokio gamintojo ir kokio modelio kalorimetro slėgiminius indus naudojate šiuo metu?

Atsakymas: Turimo kalorimetro ir slėginio indo gamintojas Parr Instrument Company, kalorimetro modelis Parr 6400 CL.

Prekių, paslaugų ir darbų
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Aristidas Lideikis

Jurgita Adomaitytė-Zykvienė, +370 45 501099
Dokumento originalas išsiųstas nebus.