

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„LAMINARAS”
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2025-03-24 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **laminaro** pirkimo (Nr. 1805326).

1. Tiekėjas paklausime teikia šiuos siūlymus pastabas dėl techninės specifikacijos reikalavimų: „7 punkte nurodyti išoriniai išmatavimai: aukštis 110 – 140 cm. Kaip suprantame, čia nurodytas pačio laminaro aukštis be stovo, teisingai? Tokiu atveju, prašome perkančiosios organizacijos su švelninti iki “ne daugiau nei 140 cm”. Priešingu atveju negalime siūlyti kompaktiškesnio prietaiso. Arba tuomet nurodyti, kokie reikalingi vidiniai kameros išmatavimai.”

2. Tiekėjas paklausime teikia šiuos siūlymus pastabas dėl techninės specifikacijos reikalavimų: „Garantija padengia remontui atlikti reikalingų detalių keitimą. Gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra yra pirkėjo atsakomybė. Siūloma galimybė atlikti gamintojo rekomenduojamu periodiškumu techninę priežiūrą pagal atskirą susitarimą.

Serviso dokumentacija yra skirta tik servisą atliekančiai įmonei, todėl klientui ji nepateikiama. Naudojimo instrukcijos yra pateikiamos originaliu formatu, anglų kalba. Pagal kliento pageidavimą, galima pateikti naudojimo instrukcijas išverstas iš anglų kalbos į lietuvių. Techninėje specifikacijoje nepaminėtas laminaro kvalifikavimo atlikimas. Reikėtų patikslinimo ar kvalifikavimo paslauga reikalinga, nes tai turi įtakos pasiūlymo kainai. Prašome leisti pristatymo terminą: 10 savaičių. Prašomas ilgesnis pristatymo terminas, nes prekei nesant gamintojo sandėlyje, reikėtų daryti prekės gaminimo užsakymą, todėl prailgėtų pristatymo terminas.

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas, atsako, kad techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas, pagal kurį garantiniu laikotarpiu turi būti teikiamas ne tik nemokamas įrangos remontas, bet ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant reikalingas detales ir medžiagas, nebus keičiamas. Reguliarus techninis aptarnavimas garantiniu laikotarpiu yra būtinas, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą laminaro veikimą, tikslus oro srauto parametrus ir filtravimo efektyvumą. Nevykdoma arba atidėta techninė priežiūra gali turėti neigiamų pasekmių tiriamų ar gaminamų produktų kokybei bei biologiniam saugumui. Reikalavimas atlikti gamintojo rekomenduojamą techninę priežiūrą garantiniu laikotarpiu yra susijęs su įrangos funkcinių parametrų užtikrinimu viso garantinio laikotarpio metu. Atskirai nuo remonto paslaugų teikiama priežiūra nėra papildoma paslauga – tai yra būtina sąlyga garantiniam funkcionalumui palaikyti. Techninėje specifikacijoje nurodytos garantijos sąlygos taikomos visiems tiekėjams vienodai, užtikrinant sąžiningą konkurenciją. Atskirų išimčių taikymas vienam tiekėjui prieštarautų viešųjų pirkimų principams. Komisija pažymi, kad įtraukta garantinė priežiūra leidžia perkančiajai organizacijai aiškiai planuoti eksploatacines išlaidas. Jei priežiūra būtų vykdoma tik pagal atskirą susitarimą, atsirastų papildomų, nenumatytų sąnaudų, kurios galėtų paveikti įrenginio eksploatavimą ar riboti jo naudojimą dėl biudžeto ribojimų.

Komisija pažymi, kad naudotojams pateikiama naudojimo instrukcija turi būti suprantama ir parengta valstybine kalba. Vertimas tik „pagal poreikį“ neatitinka techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo – naudotojai turi turėti galimybę naudotis lietuviška instrukcija be papildomų derinimų ar užklausų.

Komisija pažymi, kad serviso dokumentacija svarbi techniniam personalui, įrangos eksploatavimui ir priežiūrai. Ji reikalinga, kad užtikrinti sklandų pogarantinį aptarnavimą, bei prižiūrėti, ar atliekamos techninės priežiūros procedūros atitinka gamintojo reikalavimus.

Reikalavimai dėl dokumentacijos taikomi visiems tiekėjams vienodai, siekiant užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas. Išimtis vienam tiekėjui pažeistų šiuos principus.

Techninėje specifikacijoje kvalifikavimo paslauga nėra numatyta.

Komisija sprendžia, numatomą prekių pristatymo terminą pratęsti iki 10 savaičių.

Komisija sprendžia techninę specifikaciją koreguoti, kaip nurodyta žemiau.

1.	Matmenys ir konstrukcija	1. Įrenginio išoriniai matmenys: plotis: 65-105 cm gylis: 50-90 cm aukštis: ne daugiau nei 140 cm 2. Cheminėms medžiagoms atsparus korpusas; 3. Optimizuota oro srauto sistema;	
----	--------------------------	---	--

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.