

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO  
„KRANIOPLASTIKOMS SKIRTOS FIKSAVIMO PRIEMONĖS“  
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-04-03 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl ***kranioplastikoms skirtų fiksavimo priemonių*** pirkimo (Nr. 2026717).

**Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:**

Dėl papildomų reikalavimų 3 punkto:

Fiksavimo priemonės pritaikytos naudojimui MRT (*angl.* MRI) magnetiniame lauke iki 3 teslų. ***Kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitinkamą gamintojo patvirtinimą.***

Mūsų atstovaujamo gamintojo KLS Martin neurochirurginės priemonės pagamintos iš nemagnetinės arba mažo magnetiškumo medžiagos, kurios atitinka atitinkamus medžiagų standartus, taikomus implantų medžiagoms. Sraigtai pagaminti iš titano lydinio, plokštelės pagamintos iš gryno titano. Pasak gamintojo, techniškai neįmanoma patikrinti tinkamumo, naudojant MRT tyrimą, esant šioms priemonėms. Todėl neįmanoma pateikti bendro teiginio dėl tinkamumo naudoti MRT tyrimą, esant šioms priemonėms. Prašome šalinti šį reikalavimą.

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus pažymi, kad reikalavimas, jog fiksavimo priemonės turi būti pritaikytos naudojimui MRT magnetiniame lauke iki 3 teslų, pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad šios priemonės yra naudojamos kaului fiksuoti įvairių galvos smegenų operacijų metu, po kurių pacientui neretai yra atliekamas kontrolinis galvos MRT tyrimas, todėl implantų savybė – tinkamumas naudoti juos magnetiniame lauke yra būtina.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.