

# KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, Liepojos g.41, 92288 Klaipėda, tel.(8 46) 396600, el.p. [kul@kul.lt](mailto:kul@kul.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306207585

Suinteresuotiems dalyviams  
CVP IS

2025-04-17

## DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TIKSLINIMO, VYKDANT ATVIRĄ (TARPTAUTINĮ) KONKURSA „INDIKATORIAI STERILIZATORIAMS IR PLOVIMO MAŠINOMS“ (PIRKIMO NR. 1885979)

CVP IS priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas dėl pirkimo sąlygų tikslinimo, tiekėjas siūlo 1, 5, 6, 7 pirkimo dalyse naikinti reikalavimą, kad siūlomos prekės privalo atitikti/turėti CE ženklumą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB, kadangi sterilizacijos kontrolės priemonės (indikatoriai) neatitinka nei medicinos priemonės, nei medicinos priemonės priedo apibrėžimo, nurodyto Direktyvoje, todėl nėra priskiriamos medicinos kategorijai.

Informuojame, kad tikslinama techninė specifikacija 1, 5, 6, 7 pirkimo dalyse:

Eil. Nr.	Buvo	Tikslinama
1.1.4	Privalo atitikti/turėti CE ženklumą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB	Privalo atitikti/turėti CE ženklumą arba lygiavertį dokumentą
1.1.10	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties medicinos prietaisų direktyvai 93/42/EEB dokumento kopiją	Naikinamas
5.1.4.	Privalo atitikti/turėti CE ženklumą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB	Privalo atitikti/turėti CE ženklumą arba lygiavertį dokumentą
5.1.20	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties medicinos prietaisų direktyvai 93/42/EEB dokumento kopiją	Naikinamas
5.2.3.	Privalo atitikti/turėti CE ženklumą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB	Privalo atitikti/turėti CE ženklumą arba lygiavertį dokumentą
6.1.4.	Privalo atitikti/turėti CE ženklumą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB	Privalo atitikti/turėti CE ženklumą arba lygiavertį dokumentą
6.1.19	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties medicinos prietaisų direktyvai 93/42/EEB dokumento kopiją	Naikinamas
6.2.3	Privalo atitikti/turėti CE ženklumą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB	Privalo atitikti/turėti CE ženklumą arba lygiavertį dokumentą
7.1.21	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties medicinos prietaisų direktyvai 93/42/EEB dokumento kopiją	Naikinamas
7.2.4	Privalo atitikti/turėti CE ženklumą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB	Privalo atitikti/turėti CE ženklumą arba lygiavertį dokumentą

Pridedama patikslinta techninė specifikacija.

Pasiūlymų pateikimo terminas nėra nukeliamas.