

**IŠRAŠAS IŠ KKOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO DĖL „ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS“
(NR. 971733)**

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjo pateikto paklausimo

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas

2025-02-05 gauti Tiekėjų siūlymai dėl 2025-01-30 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) vykdytos rinkos konsultacijos „**Odontologinės medžiagos ir priemonės**“ (pirkimo Nr. 971733) techninės specifikacijos reikalavimų.

1 Tiekėjas paklausime nurodo:

„Norime pasiūlyti praplėsti 11pirkimo dalies poliravimo diskų diametrų ribas, nuo 9,5 iki 10mm ir nuo 12,7mm iki 14mm. Pirkime gales dalyvauti daugiau tiekėjų, įstaiga turės didesnę pasirinkimą, tuo pačiu bus didesnė konkurencija, ko pasekoje įstaiga gales įsigyti ekonomiškai naudingiausių pasiūlymą.“

2 Tiekėjas paklausime nurodo:

„Dalyje Nr. 11 jūs prašote tiksliai vieno gamintojo poliravimo diskelių (nurodomos spalvos ir dydis), taip apribojate gaunamus pasiūlymus. Rinkoje yra daugybė kitų gamintojų geros kokybės poliravimo diskelių.“

Viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) atsižvelgdama į tiekėjų pateiktus paklausimus informuoja, kad atsižvelgdami į rinkos konsultacijoje pateiktus paklausimus tiksliname 11pozicijos techninę specifikaciją. Pagal techninę specifikaciją norime rinkinio, kuriame yra 2dydžių diskeliai, tai yra diskeliai 9,5(±0,2) mm ir 12,7(±0,2) mm;skersmens, rudos, tamsiai oranžinės, oranžinės ir geltonos spalvų. Diskeliai kokybiški, perkančioji organizacija turi laikiklių šiems diskeliams.

Prašome nurodyto diametro diskelių ir dėl to, kad mažesni diskeliai tinka mažoms plomboms, plomboms prie dantėnų poliruoti, bei poliravimui plombuojant tarpudančius. Mažesnis pavojus pažeisti dantenas. Didesnių paviršių plombų poliravimui pakanka ir 12,7(±0,2) mm; dydžio diskelių."

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti Tiekėjus bei kitus suinteresuotus dalyvius.