

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

2025-04-22 Nr. VPS-284

**DĖL ATSAKymo Į PAKLAUSIMĄ (ATVIRAS KONKURSAS „ENDOSKOPINĖS ĮRANGOS
KOMPLEKTAS“, PIRKIMO NR. 1843881)**

Gautas tiekėjo paklausimas dėl techninės specifikacijos.

Klausimas:

„Pirkimo II dalis

ENDOSKOPŲ PLOVIMO – DEZINFEKCIJOS MAŠINA

Prašome nurodyti koks vanduo bus paruoštas perkamo įrenginio pajungimui naudoti patalpose?

1. Tik šaltas
2. Tik karštas
3. Karštas ir Šaltas“

Atsakymas:

Bus naudojamas karštas ir šaltas vanduo su minkštinimo filtrais.

Posėdžio pirmininkas



Kęstutis Stadalnykas