

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas		„Reagentai ir eksploatacinės medžiagos kraujo dujų tyrimams prie ligonio lovos (POCT) atlikti su medicininės įrangos įsigijimu panaudos būdu“.	
RDK paskelbimo data ir numeris		2025-04-04, Nr. 2046165	
RDK vykdymo laikotarpis		nuo 2025-04-04 iki 2025-04-11	
RDK vykdyta šiuo būdu		CVP IS	
INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS			
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius		1	
TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ			
Tiekėjo siūlomi pakeitimai		Perkančiosios organizacijos sprendimas	
Atsiskaitymas turėtų būti perkant ne tyrimus, <u>o reagentų pakuotes</u> .		Perkančioji organizacija pirs reagentus pakuotėmis (kasetėmis)	
Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninės specifikacijos projektui			
P.D Nr.	Techninės specifikacijos reikalavimas	Tiekėjo siūlomas pakeitimas	Perkančiosios organizacijos sprendimas
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI			
3.2.	Tyrimui įsiurbiamas mėginio tūris ≤ 70 μL	Šis reikalavimas yra perteklinis ir ribojantis konkurenciją. Dabar praktikoje naudojami švirkštai, su kuriais paimamas 1-3 ml mėginys. Siūloma <u>praplėsti ribas iki 100 μL</u>	Reikalavimas nekeičiamas. Nėra perteklinis ir ribojantis konkurenciją reikalavimas. Pacientams atliekama gydymo eigoje labai daug kraujo tyrimų, todėl kuo mažesnis mėginio tūris reikalingas tyrimui, tuo palankesnis pacientui.
3.3.	Integruota automatinio mėginio maišymo funkcija arba alternatyvi	Mūsų atstovaujamo gamintojo analizatoriuose nėra mėginio išmaišymo funkcijos ir pats gamintojas nenurodo, kad tai yra reikalinga. Šis reikalavimas yra perteklinis ir siūloma jį	Reikalavimas nekeičiamas. Nėra perteklinis ir ribojantis konkurenciją reikalavimas. Nesant automatinio

		<u>naikinti.</u>	mėginio maišymo, išauga klaidingo tyrimo rezultato rizika.
8.	Matuojami parametrai: Rūgščių-šarmų balansas: pH; kraujo dujos: pCO ₂ , pO ₂ ; metabolitai: gliukozė, laktatai; oksimetrijos parametrai: tHb, sO ₂ , O ₂ Hb, COHb, MetHb, HHb, HbF; elektrolitai: K ⁺ , Na ⁺ , Ca ⁺⁺ , Cl ⁻ , Glu, Lac, Bil.	Prašomas oksimetrijos parametras HbF yra perteklinis ir ribojantis konkurenciją. Fetalinio hemoglobino frakcija yra aktuali tik naujagimių skyriuose. Suaugusiems žmonėms šis parametras neturi jokios klinikinės reikšmės. <u>Siūloma išimti šį parametą iš techninės specifikacijos.</u>	Reikalavimas nekeičiamas HbF nėra tiriamas tik naujagimiams. HbF tiriamas suaugusiems, įtarus hemoglobinopatijas, pvz.: pjautuvinių ląstelių anemija, beta-talasemija, kitos paveldimos hemoglobino sintezės ligos, stebint gydymo efektyvumą, pvz., vartojant atitinkamus vaistus, diagnozuojant kraujo ligas, pvz.: mieloproliferaciniai susirgimai, mieloidinė leukemija.
9.	Tiekėjas turi pateikti arterinio kraujo paėmimui skirtus heparinizuotus, ≤ 1,5 ml tūrio švirkštus, sauso heparino koncentracija turi atitikti švirkštų gamintojo rekomendacijas, tinkami siūlomai įrangai. Arterinio kraujo paėmimo švirkštas su adata ir orą išstumiančiu kamštelio. Heparinas sausas, subalansuotas elektrolitų matavimams. Sauso heparino koncentracija ≥ 40 TV. Tinkami pH/kraujo dujų, elektrolitų (tame tarpe jonizuoto kalcio), metabolitų (gliukozės ir laktatų), oksimetrijos tyrimams.	9 techninės specifikacijos punkte detalizuoti švirkštų tūriai ir heparino koncentracija. Norime atkreipti dėmesį, kad kiekvienas gamintojas kelia skirtingus reikalavimus kraujo dujų mėginio paėmimo švirkštams. Mūsų atstovaujamas gamintojas turi skirtingų tūrių švirkštus, kurie atitinkamai turi skirtingą heparino koncentraciją. <u>Siūloma pakeisti į: švirkštai turi būti tinkami darbui su siūlomais analizatoriais 1-3 ml tūrio.</u>	Reikalavimas keičiamas į ≤ 3ml tūrio švirkštus

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI

Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 1 tiekėjas, kuris turėjo pastabų ir siūlymų techninės specifikacijos projektui, kuriuos perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija atsižvelgs į gautus siūlymus ir rekomendacijas.