



## AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-04-24 Nr. 2140781-2

### DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR TERMINŲ NUKĖLIMO

AB „Panevėžio energija“ Prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) pateikia atsakymus į gautus tiekėjo klausimus dėl konkurso „Kalorimetro pirkimas“ pirkimo sąlygų paaiškinimo:

**1. Klausimas:** Kiek metrų atstumas nuo baliono reduktoriaus iki perkamo kalorimetro numatomos darbo vietos?

**Atsakymas:** Apie 3 m.

**2. Klausimas:** Ar turimi balionai jau su reduktoriais?

**Atsakymas:** Taip.

**3. Klausimas:** Iki kokio slėgio jis redukuoja balione esantį slėgį?

**Atsakymas:** Slėgis palaikomas pagal prietaiso techninės specifikacijos reikalavimus: deguonis 30-40 atm, azotas 3-5 bar.

**4. Klausimas:** Ar prie baliono vienu metu bus pajungtas tik perkamas prietaisas, ar ir seni turimi prietaisai?

**Atsakymas:** turi būti pajungti ir turimas, ir naujas prietaisai.

Kadangi gauti klausimai buvo perskaityti pavėluotai dėl įvykusių CVP IS sutrikimų, negautas el. laiškas apie pateiktus klausimus, todėl Komisija vadovaujantis Konkurso bendrųjų sąlygų 5.4. p., priėmė sprendimą:

1. pratęsti konkurso „Kalorimetro pirkimas“ pasiūlymo pateikimo terminą **iki 2025 m. gegužės 6 d. 10.00 val.**

2. Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip **iki 2025 m. balandžio 28 d. 16 val.**

3. CVP IS paskelbti pranešimą apie pakeitimus dėl pasiūlymų pateikimo termino tikslinimo.

4. CVP IS paskelbti naują Nacionalinio skelbimo apie pirkimą versiją.

5. Tęsti pirkimo procedūras Konkurso pirkimo sąlygose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Posėdžio sekretorė  
Jurgita Adomaitytė-Zykvienė