



VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENU LIGONINĖ

Suinteresuotiems dalyviams

2025-04-24 Nr. V7-257

DĖL ATVIRO KONKURSO „RENTGENO DIAGNOSTINĖS SISTEMOS PIRKIMAS“ NR. 1867976 SPECIFIKACIJOS PAAIŠKINIMO

Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų komisijos nutarimais ir atviro konkurso „Rentgeno diagnostinės sistemos pirkimas“ Bendrųjų pirkimo sąlygų V skyriaus nuostatomis, teikiame atsakymą į klausimą:

Eil. Nr.	Klausimas/siūlymas	Atsakymas/Paaiškinimas
1.	<p>Dėl 10.5 punkto reikalavimo (Pacientų registravimas automatinio ir rankiniu būdais – Būtina). Pacientų registravimas yra svarbi technologo darbo dalis įsitikinant, jog atliekamas tyrimas tikrai bus atliekamas reikiamam pacientui. Paprastai pacientų registravimas vyksta rankiniu būdu (kai paciento duomenis suveda technologas) arba gaunamas pacientų sąrašas iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) ir technologas pasirenka pacientą iš sąrašo. Prašome paaiškinti suformuotą reikalavimą kaip turėtų vykti pacientų registravimas automatinio būdu (jei tai nėra DICOM Modality Worklist funkcija).</p>	<p>Dėl 10.5 punkto reikalavimo (Pacientų registravimas automatinio ir rankiniu būdais – Būtina). Šio punkto reikalavimas nurodo galimybę registruoti pacientą tiek automatinio tiek rankiniu būdu. Automatinė paciento registracija įprastai naudojama norint atlikti tyrimus skubos tvarka, kai būtina kuo greičiau įvertinti paciento būklę. Šios funkcijos metu, technologo darbo vietos programinė įranga automatiškai sugeneruoja paciento įvesties duomenis, kurie atlikus tyrimą gali būti keičiami. Tai yra standartinė funkcija šiuolaikinėse skaitmeninėse rentgenografijos sistemose.</p>

Komisijos pirmininkė

Jūratė Milaknienė

Siunčiama CVP IS priemonėmis
G. Rukienė, tel. +370 652 54 530, el. p. info@prienuligonine.lt