

**PRIEMONĖMS INTERVENCINEI ŠIRDIES ELEKTROFIZIOLOGIJAI ĮSIGYTI
NUOLATINĖS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS**

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo paklausimo pateikto rinkos konsultacijai dėl priemonių intervencinei širdies elektrofiziologijai pirkimo

SVARSTYTA:

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjo paklausimą pateiktą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtai rinkos konsultacijai dėl priemonių intervencinei širdies elektrofiziologijai pirkimo (Nr. 1676200). Tiekėjas prašo patikslinti pirkimo dalies Nr. 19 „Skysto azoto balionai“ techninę specifikaciją, nurodant kokio litražo balionai yra reikalingi.

Komisija pažymi, kad planuojami pirkti N₂O balionai yra skirti gamintojo Medtronic krioabliacijos aparatui „CryoConsole Nitron“, naudojamo atliekant perkateterines širdies ritmo sutrikimų operacijas. Perkami balionai yra dedami į krioabliacijos aparato (konsolės) vidų, specialiai jiems skirtą nišą, todėl turi būti atitinkančios nišą formos ir išmatavimų. Taip pat N₂O balionas turi būti ir atitinkamo svorio, kadangi krioabliacijos aparatas darbo metu vertina baliono svorį + N₂O dujų svorį, pagal kurį išskaičiuoja balione likusį dujų kiekį ir rodo valdymo ekrane dujų likutį, o svoriui sumažėjus iki leistino minimumo, stabdo aparato darbą. Todėl gamintojo specifikacijose nėra nurodomas baliono tūris litrais, bet nurodomas jo svoris:

- bendras baliono, užpildyto dujomis svoris - 9,9 kg
- nurodoma, jog dujų baliono viduje yra apie 10 svarų, t.y. apie 4,54 kg

Komisija sprendžia papildyti pirkimo dalies Nr. 19 „Skysto azoto balionai“ techninės specifikacijos reikalavimus, nurodant baliono svorį.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Papildyti pirkimo dalies Nr. 19 techninę specifikaciją, nurodant baliono svorį.
2. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
3. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.