

**RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA**

Pirkimo objekto pavadinimas	<b>Rinkos konsultacija dėl planuojamo "Formaldehido sterilizatorius" pirkimo</b>
RDK paskelbimo data ir numeris	2025-03-19 Nr. 1722009
RDK vykdymo laikotarpis	nuo 2025-03-19 iki 2025-04-02
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS
<b>INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS</b>	
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	<b>2</b>
<b>TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ</b>	
Tiekėjo siūlomos pastabos dėl prekių pristatymo termino	Perkančiosios organizacijos sprendimas
1. Pakankamas laikas prekių pristatymui būtų <b>ne mažiau kaip 5 mėnesiai</b> 2. Prekių pristatymas <b>apie 6 mėnesius</b> .	Prekių pristatymo terminas – 6 mėnesiai.
<b>Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninių specifikacijų projektui</b>	

<b>Techninės specifikacijos punktas</b>	<b>Reikalaujamas parametras</b>	<b>Tiekėjų siūlomas pakeitimas</b>	<b>Perkančiosios organizacijos sprendimas</b>
2. Sterilizatoriaus išoriniai matmenys	Aukštis ≤ 1870 mm Plotis ≤ 1000 mm Gylis ≤ 1000 mm	<b>1.tiekėjas prašo</b> pakoreguoti reikalavimo punktą nurodanti sterilizatoriaus gylį, pakeičiant jį <b><i>i ≤ 1101 mm ar daugiau;</i></b>  <b>2.tiekėjas prašo keisti į:</b> Aukštis <b><i>1820 mm</i></b> Plotis <b><i>670 mm</i></b> Gylis <b><i>970 mm.</i></b>	<b>Sutinkame</b> reikalavimo punktą nurodanti sterilizatoriaus gylį pakeisti <b><i>i ≤ 1101 mm</i></b>  Tiekėjo siūlomi išmatavimai Aukštis 1820 mm, Plotis 670 mm, Gylis 970 mm atitinka specifikacijos sąlygas.
9. Visos sterilizacijos programos tukmė	Naudojant 60°C programą – ne ilgiau kaip 120 min	<b>2 tiekėjo pastaba:</b> Mūsų siūlomas gamintojas numato 60°C ciklą yra 60min.  <u>Siūlome nusimatyti kokybės kriterijų su 60min programos laiku, tai įstaigai leis sutaupyti labai daug laiko.</u>	<b>Sutinkame</b> nusimatyti kokybės kriterijų su 60min programos laiku.
13 Automatinė pakuotės su sterilizaciniu tirpalu pradūrimo sistema	Būtina	<b>2 tiekėjo pastaba:</b> Mūsų siūlomo gamintojo formaldehido buteliuko pajungimas vyksta darbuotojui įstatant buteliuką į vietą, toje	<b>Nesutinkame</b> , nes automatinė pakuotės su sterilizaciniu tirpalu pradūrimo sistema yra reikalinga maksimaliai užtikrinti sterilizacinės

		<p>vietoje jau yra paruošta adata ir buteliukas praduriamas jį statant į vietą.</p> <p><u>Prašome liberalizuoti reikalavimą arba jį panaikinti.</u></p>	<p>darbuotojų saugą ir sumažinti riziką formaldehido tirpalui patekti į aplinką.</p>
<p>15. Formaldehidą tiekiamas vienkartinėse pakuotėse. Nurodyti Formaldehido tirpalo sąnaudas vienam ciklui</p>	<p>Būtina</p>	<p><b>1 tiekėjo pastaba:</b></p> <p>Prašome formuluotę keisti koreguoti į „<i>Formaldehidą tiekiamas vienkartinėse pakuotėse. Nurodyti sterilizacijos ciklų skaičių, kurį galima atlikti su viena gamykline Formaldehido tirpalo pakuote, sąnaudos vienam ciklui skaičiuojant esant maksimaliai kameros įkrovai, nurodytai šių reikalavimų punkte nr. 10.</i>“</p> <p>Kadangi prietaisai turi turėti automatinę formaldehido tirpalo dozavimo sistemą (techninių reikalavimų punktas nr. 12), kuri Formaldehido tirpalo sąnaudas dozuoja pagal įkrovos dydį, tam, kad išvengti interpretacijų pasiūlymo vertinimo metu, siūlytume šį reikalavimo punktą formuluoti būtent taip. <u>Sterilizatoriams, kuriuose galima sterilizuoti didesnę negu 10 kg įkrova, turėtų būti suteikiama papildoma ekonominio naudingumo balo vertė, kadangi taip pasiekiamas didesnis pralaidumas, mažesnėmis sąnaudomis.</u></p> <p><b>2 tiekėjo pastaba:</b></p> <p>Siūlomoje įrangoje gali būti vienkartiniai plastikiniai arba daugkartiniai stikliniai buteliukai ir tikslios sąnaudos nenurodytos, po kiekvieno sterilizacijos ciklo buteliukai yra keičiami, todėl visada yra aiškus tirpalo sunaudojimas.</p> <p><u>Prašome liberalizuoti parametras arba panaikinti.</u></p>	<p><b>Reikalavimą pildome:</b></p> <p>Formaldehidą tiekiamas vienkartinėse pakuotėse. Nurodyti Formaldehido tirpalo sąnaudas vienam ciklui <b>skaičiuojant esant maksimaliai kameros įkrovai.</b></p> <p>Perkančioji organizacija atsižvelgs į siūlomą kokybės kriterijų.</p> <p><b>Reikalavimas nekeičiamas.</b> Jeigu aiškus FO tirpalo sunaudojimas, tai tiekėjas galės jį pateikti pagal techninės specifikacijos reikalavimus.</p>
<p>16. Aparate integruota osmosinio vandens skalavimui paruošimo sistema</p>	<p>Būtina.</p>	<p><b>2 tiekėjo pastaba:</b></p> <p>Neturime integruoto Osmose filtro, bet nedidelę sistemą galime prikomplektuoti, kuri galėtų būti išorinė, arba galime prijungti jau įstaigos turimą valytą vandenį, kuris jau naudojamas sterilizatoriams.</p>	<p><b>Reikalavimą pildome:</b></p> <p>Aparate integruota osmosinio vandens skalavimui paruošimo sistema <b>arba prisijungimas prie įstaigos valyto vandens sistemos.</b></p>
<p>19. Bendras kameros tūris</p>	<p>≥ 120 litrų</p>	<p><b>2 tiekėjo pastaba:</b></p> <p>Prašome neriboti konkurencijos ir sumažinti reikalavimą iki ≥ 110 litrų, kameros 10ltr. dydžio skirtumo nepajausite, o</p>	<p><b>Nesutinkame.</b> Kadangi instrumentus sterilizuojame specialiose sterilizavimo konteineriuose, kameros tūris turi būti ne mažesnis nei 120 l, nes kitu atveju tilps tik 1</p>

		liberalizuodami reikalavimą suteiksite galimybę dalyvauti daugiau tikėjų.	dėžutė, tai neekonomiška nei laiko, nei kitų sąnaudų (vanduo, elektra, formaldehidas) atžvilgiu.
20. Elektros įvadas	380- 480V, 50 Hz	<b>2 tiekėjo pastaba:</b> Ar reikalaujama reikšmė yra nuo 380 iki 480V, mūsų tiekėjo elektros įvadas: 400V, 50Hz	Tiekėjo siūlomo įvado parametrai atitinka specifikacijos sąlygas.
23. Vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalbomis). Gamykliniai sterilizacijos programų bandymų protokolai	Būtina. Pristatoma su įranga	<b>2 tiekėjo pastaba:</b> Siūlome nusimatyti meniu lietuvių kalbą lietimui jautriame ekrane ir spausdinimo ataskaitose.	Perkančiajai organizacijai nėra poreikio nusimatyti meniu lietuvių kalbą lietimui jautriame ekrane ir spausdinimo ataskaitose.
26. Po įrangos instaliacijos, turi būti atlikta įdiegtų programų patikra, užprotokuluota dokumentaliai.	Būtina	<b>1 tiekėjo pastaba:</b> Įdiegtų programų patikra visuomet yra atliekama ir protokoluojama iki prietaisui išvykstant iš gamyklos. Kiekvienas įrenginys į instaliacijos vietą pristatomas su protokolu, patvirtinančių įdiegtų programų patikrą, kopijomis. Atlikinėti papildomą įdiegtų programų patikrą, po įrangos instaliacijos, mūsų nuomone nėra tikslinga. Taip pat prašome įvertinti, kad šio tipo sterilizatoriuose, skirtingai negu frakcionuoto garo sterilizatoriuose sterilizacijos programų korekcija negali būti atliekama ne gamykloje, tad papildoma patikra nėra aktuali, kadangi programos negali būti pakoreguotos. Prašome šį reikalavimų punktą šalinti arba keisti jį suformuluojant kaip:  <i>„po įrangos instaliacijos, turi būti atlikta įdiegtų programų patikra, užprotokuluota dokumentaliai arba pristatomas prietaisas turi būti su gamintojo išduotais dokumentais, patvirtinančiais tokios patikros atlikimą gamykloje.“</i>	<b>Nesutinkame.</b> Pristatomas prietaisas turi būti su gamintojo išduotais dokumentais, patvirtinančiais tokios patikros atlikimą gamykloje. Instaliavus prietaisą turime įsitikinti, kad sterilizacijos ciklas atitinka specifikacijoje nustatytus reikalavimus – nuolatinei sterilizavimo procesui naudojami cheminiai indikatoriai pakeičia spalvą pagal etaloną, kaip numatyta LR SAM HN 47-1:2020).
27. Kartu su sterilizatoriumi turi būti pateiktas formaldehido kiekis, reikalingas užtikrinti	Būtina	<b>1 tiekėjo pastaba:</b> Rekomenduojame išplėsti šio reikalavimo formuluotę papildant ją:	<b>Neprieštaraujame formuluotės papildymui.</b> Kartu su sterilizatoriumi turi būti pateiktas formaldehido kiekis, reikalingas užtikrinti 1500 sterilizacijos ciklą. <b>Apskaičiuojant formaldehido talpų kiekį, turi būti</b>

1500 sterilizacijos ciklą.		„Kartu su sterilizatoriumi turi būti pateiktas formaldehido kiekis, reikalingas užtikrinti 1500 sterilizacijos ciklą. Apskaičiuojant formaldehido talpų kiekį, turi būti naudojamas šių techninių reikalavimų punkte Nr. 15 įrašytas formaldehido sąnaudas indikuojantis skaičius. (Pvz.: „5“: 1500/5=300 talpos.) Pristatymo dieną, formaldehido tirpalo pakuotės tinkamumo naudoti terminas, turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn.“	<b>naudojamas šių techninių reikalavimų punkte Nr. 15 įrašytas formaldehido sąnaudas indikuojantis skaičius. Pristatymo dieną, formaldehido tirpalo pakuotės tinkamumo naudoti terminas, turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn.“</b>
----------------------------	--	--	--

#### **APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI**

Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 2 tiekėjai, kurie turėjo pastabų ir siūlymų techninių specifikacijų projektui, kokybės kriterijams ir prekių pristatymo terminui, kuriuos perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija iš dalies atsižvelgs į gautus siūlymus ir rekomendacijas.