



**SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. 0 440 73 932, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.

Suinteresuotiems viešojo pirkimo ID
2094907 tiekėjams

2025-04-25

Nr. (33.1)-VP3-

DĖL ATSAKOMO Į GAUTĄ PRETENZIJĄ IR PAKLAUSIMĄ

Pranešame, kad Skuodo rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija gavo tarptautinio atviro konkurso „Medicininės įrangos Skuodo PSPC pirkimas“ pirkimui ID 2094907 suinteresuoto tiekėjo pretenziją dėl 4 pirkimo dalies „Ultragarsinė sistema (ginekologo paslaugoms)“ techninės specifikacijos. Įvertinusi pretenzijoje pateiktus argumentus priimtas sprendimas, kad pateikta pretenzija pagrįsta ir yra būtinybė koreguoti techninę specifikaciją. Dėl būtinybės koreguoti esminius techninės specifikacijos reikalavimus, priimtas sprendimas nutraukti 4 pirkimo dalies „Ultragarsinė sistema (ginekologo paslaugoms)“ procedūras. **Prašome neteikti pasiūlymų 4 pirkimo daliai „Ultragarsinė sistema (ginekologo paslaugoms)“.**

Taip pat 1 pirkimo daliai „Odontologinė įranga“ buvo gautas suinteresuoto tiekėjo paklausimas.

Klausimas. *Susipažinus su pirkimo dokumentais ir technine specifikacija, prašome pakeisti reikalavimus:*

2.13.	<i>Turi būti pasukamas ne mažesniu kaip 100° kampu ir turėti instrumentų laikiklį su ne mažiau 5 lizdais.</i>	<i>Prašome pakeisti į: Turi būti pasukamas ne mažesniu kaip 100° kampu ir turėti instrumentų laikiklį su ne mažiau 4 lizdais. Ergonomiškesnis instrumentų išdėstymas, leidžiantis asistentui greičiau ir patogiau pasiekti reikalingus instrumentus, o tai gerina darbo eigą ir mažina nuovargį. Statistiškai dauguma odontologų naudoja 3–4 pagrindinius instrumentus, o likusieji lizdai dažnai lieka nenaudojami. Mažiau komponentų – mažesnė priežiūros kaina, ilgesnis tarnavimo laikas, mažesnė rizika gedimams.</i>
-------	---	--

Atsakymas. Paklausime pateiktas prašymas dėl techninės specifikacijos koregavimo nebus tenkinamas todėl, kad Perkančiajai organizacijai yra būtina, kad instrumentų laikiklis būtų su ne mažiau 5 lizdais, todėl, kad bus pajungiami 5 instrumentai nurodyti Techninės specifikacijos 2.11 p. kurie be kita ko turi būti prekės komplektacijoje (funkcijų švirkštas su vandens ir oro mygtukais, rankove elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu ir su papildomu vandens reguliavimu ant variklio jungties, viena rankovė turbinai su pašvietimu, ultragarsinis skaleris su apšvietimu, bei polimerizavimo lempa).

Šie paaiškinimai / patikslinimai yra neatskiriama Pirkimo dalis.

PASTABA. Konkurso sąlygos ir jos priedai, paaiškinimai bei patikslinimai skelbiami CVP IS adresu <https://viesiejipirkimai.lt>.

Komisijos pirmininkė

Eglė Bertašienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymo į gautą pretenziją ir paklausimą
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-25 Nr. VP3-224
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Bertašienė, Skyriaus vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ BERTAŠIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-25 11:34:43 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-25 11:34:59 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-08 11:47:46 – 2027-04-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-25 11:49:13)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-25 11:49:13 DBSIS