

**Žiedų, skirtų trivarčio vožtuvo žiedo plastikai techninė specifikacija
(orientacinis kiekis 20 vnt.)**

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Reikalavimai žiedui	1. Skirtas trivarčio (triburio) vožtuvo žiedo plastikai; 2. Atviras (su tarpu), žemo profilio žiedas; 3. Žiedo aukštis $3,3 \pm 0,1$ mm; 4. Su titanine (arba lygiaverte) šerdimi; 5. Žiedo manžetė austa iš poliesterio (arba lygiavertės medžiagos); 6. Trijų matmenų (3D) žiedo forma atitinka natūralią trivarčio (triburio) vožtuvo geometriją; 7. Šešių skirtingų diametrų: 7.1. $26 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$; 7.2. $28 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$; 7.3. $30 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$; 7.4. $32 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$; 7.5. $34 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$; 7.6. $36 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$.	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Kartu su priemonėmis pateikiami matuoklių komplektai (2 vnt.). **Būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas, kad kartu su žiedais, skirtais trivarčio vožtuvo žiedo plastikai, bus pateikiami matuoklių komplektai.**
- Žiedai, skirti trivarčio vožtuvo žiedo plastikai, turi būti parduodami tokia pačia kaina, nepriklausomai nuo jų dydžio (žiedų dydis nurodomas užsakymo metu).
- Būtinas siūlomų gaminių **žymėjimas CE ženklu** (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
- Į pasiūlymo kainą įskaičiuotas vartotojų apmokymas dirbti su siūlomomis priemonėmis.
- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų priemonių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.