

Rezektoskopo techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	Rezektoskopo komplektas:		
1.1.	Rezektoskopo mova (kiekis 1 vnt.)	1. Išorinis diametras 8-9 Fr; 2. Turi spalvinį kodavimą; 3. Komplekte: 3.1. obturatorius.	
1.2.	Optika (kiekis 1 vnt.)	1. Diametras ≤ 2 mm; 2. Matymo kampas 0° ; 3. Darbinis ilgis 178-200 mm; 4. Autoklavuojama.	
1.3.	Rezektoskopo darbinis elementas (kiekis 1 vnt.)	1. Monopolinis; 2. Pasyvaus pjovimo; 3. Komplektuojamas su aukšto dažnio monopoliniu laidu – 1 vnt.	
1.4.	Kilpa (kiekis 6 vnt.)	1. Monopolinė; 2. Kampinė; 3. Tinkama darbui su siūloma optika (1.2 poz.); 4. Daugkartinio naudojimo; 5. Turi spalvinį kodavimą.	
1.5.	Kilpa arba elektrodas (kiekis 6 vnt.)	1. Monopolinė/-is; 2. Kampinė/-is, mažo kampo/bukas; 3. Tinkama/-as darbui su siūloma optika (1.2 poz.); 4. Daugkartinio naudojimo; 5. Turi spalvinį kodavimą.	
1.6.	Elektrodas (kiekis 6 vnt.)	1. Kampinis; 2. Smailas; 3. Tinkamas darbui su siūloma optika (1.2 poz.); 4. Daugkartinio naudojimo; 5. Turi spalvinį kodavimą.	
2.	Rezektoskopo techninis suderinamumas	Siūlomas rezektoskopas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikoje naudojama gamintojo „Karl Storz“ vaizdo kamera „TH100“.	
3.	Žymėjimas CE ženklų	Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)	
4.	Garantinis terminas	≥ 36 mėnesiai	
5.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti prekes įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	
6.	Prekių pristatymas ir instaliavimas	Prekių pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas ir po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	
7.	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija:	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	

Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.