



**VALSTYBĖS ĮMONĖ  
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

Pagal adresatų sąrašą  
CVP IS priemonėmis

\_\_\_\_\_ Nr. IS-\_\_\_\_\_

I \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

**DĖL TIEKĖJO PATEIKTO KLAUSIMO NAGRINĖJIMO**

Informuojame, kad supaprastinto pirkimo „Aukštos temperatūros krosnies radionuklidų išskyrimui pirkimas“ pirkimo (pirkimo ID 1125364, toliau – Pirkimas), metu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautas tiekėjo prašymas paaiškinti/ patikslinti Pirkimo dokumentus.

VĮ Ignalinos atominės elektrinės Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) teikia atsakymą į pateiktą prašymą.

**Prašymas (kalba netaisyta):**

„Laba diena,

Atsižvelgiant į konkurso techninėse specifikacijose nurodytą sąlygą

**VII SKYRIUS**

**KITI REIKALAVIMAI**

18. Prietaisui su reikmenų komplektu turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija.

Garantija skaičiuojama nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Norime paklausti:

Dažniausiai įrenginiams būna duodama 12 mėn garantija, ir ilgesnę garantiją gali suteikti tik gamintojas.

Siekiant, kad nebūtų piktnaudžiavimo iš konkurso dalyvių pusės, siekiant atitikti reikalavimus, teikti tinkamus garantinius įsipareigojimus, jei konkurso dalyvis nėra gamintojas. Ar Perkančioji organizacija manytų, kad tinkamam garantinių įsipareigojimų vykdymui būtų reikalinga atskira siūlomo įrenginio gamintojo deklaracija, kad Prietaisui su reikmenų komplektu gamintojas patvirtina, kad suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Garantija skaičiuojama nuo prekių perdavimo-priėmimo akto“

**Atsakymas į prašymą:**

„Paiškiname, kad Pirkimo dokumentų B dalies 6.1 p. numatyta „Prekėms nustatomas **Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas** Garantinis terminas, tačiau bet kokių atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.“. Todėl, atsakant į Jūsų klausimą, paiškiname, kad garantija gali būti tiek Tiekėjo, tiek Prekių gamintojo, tačiau **būtent Tiekėjas**, teikdamas pasiūlymą, privalo deklaruoti dėl suteikiamos garantinio termino trukmės (pasiūlymo formos 1 priedas), **tu prisimdamas visą su tuo susijusią riziką**.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Pirkimo techninės specifikacijos 19 p. nurodyta, kad „Garantinio laikotarpio

metu **Tiekėjas** įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų savo sąskaita pašalinti prekių gedimus arba pakeisti sugedusias prekes naujomis.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Svetlana Šubina

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103) 255450080, Elektrinės g.4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL TIEKĖJO PATEIKTO KLAUSIMO NAGRINĖJIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-04-28 Nr. JS-1676(13.66E)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Svetlana Šubina, Pirkimų projekto vadovė, Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944)
<b>Sertifikatas išduotas</b>	SVETLANA ŠUBINA LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-04-28 10:32:49 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-04-28 10:33:02 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-08-28 17:14:12 – 2025-08-27 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Ignalinos atominė elektrinė, VĮ, į.k. 255450080 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:12:37 iki 2027-12-18 09:12:37
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-28 10:38:28)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-04-28 10:38:28 Dokumentų valdymo sistema Avilys