



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams

2025-04-28 Nr. 2140781-4

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ Prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo komisija pateikia atsakymą į gautą tiekėjo klausimą dėl konkurso „Kalorimetro pirkimas“ pirkimo sąlygų paaiškinimo:

Klausimas: Ar perkančiajai organizacijai bus priimtinas pasiūlymas, jei dujos prietaisui bus privestos naudojant metalizuotą žarną (lankstus vamzdis)?

Atsakymas: Siūloma prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, t.y. linija nuo balionų saugojimo spintų iki prietaiso turi būti iš nerūdijančio plieno vamzdelio.

Posėdžio sekretorė
Jurgita Adomaitytė-Zykuviene