



**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ  
KAUNO KLINIKOS**

Gerbiamas įmonės vadove,

2025-05-05 Nr. VPT-(1.71E)-1242

**DĖL TIEKĖJO PAKLAUSIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, viešojo pirkimo komisija apsvaustė tiekėjo paklausimą dĖl 2025-04-24 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Medicininis šaldytuvas ir šaldikliai**“ (pirkimo Nr. 2321854) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos).

PRIDEDAMA: Komisijos posėdžio protokolo išrašas, 1 lapas.

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė

Vaida Koniuchovienė

D. Žvirblytė, tel. +370 37 703268, el. p. [daiva.zvirblyte@kaunoklinikos.lt](mailto:daiva.zvirblyte@kaunoklinikos.lt)



**KAUNO  
KLINIKOS**

Viešoji įstaiga, Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, tel. +370 37 326768, +370 37 703370  
el. p. [rastine@kaunoklinikos.lt](mailto:rastine@kaunoklinikos.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135163499

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)  
„MEDICININIS ŠALDYTUVAS IR ŠALDIKLIAI“ (PIRKIMO NR. 2321854)  
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo paklausimo.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas.

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjo paklausimą dėl 2025-04-24 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Medicininis šaldytuvas ir šaldikliai**“ (pirkimo Nr. 2321854) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos).

Tiekėjas paklausime nurodo:

„2 pirkimo dalies 3 punktą "Išoriniai matmenys" reikalauja, kad plotis būtų iki 75 cm. Prašome pakoreguoti šį reikalavimą į "ne daugiau kaip 85 cm", nes tokios naudingos talpos (400+ L) šaldikliai yra platesni nei 75 cm.

3 pirkimo dalies 7 punktą "Darbinė temperatūra" reikalauja "Reguliuojama ne siauresniame intervale kaip nuo -15 °C iki -25 °C". Prašome pakoreguoti šį reikalavimą į "Reguliuojama ne siauresniame intervale kaip nuo -15 °C iki -22 °C". Reagentų ar mėginių saugojimui standartizuota temperatūra yra -20°C, todėl minimali -22°C temperatūra pilnai užtikrina reikalingos temperatūros palaikymą.“

Komisija, apsvarsčiusi tiekėjo paklausimą atsako, kad **2 pirkimo dalies 3 punkto** siūloma korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Šaldiklio plotis, nurodytas techninėje specifikacijoje ( $\leq 75$  cm ) yra esminis reikalavimas, nes platesnis įrenginys netilptų pro duris, taip pat patalpos yra ribotos erdvės. Šio reikalavimo pakeitimas trukdytų užtikrinti tinkamą įrangos eksploatavimą numatytoje vietoje.

**3 pirkimo dalies 7 punkto** siūloma korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Reikalavimas, kad darbinė temperatūra būtų reguliuojama ne siauresniame intervale kaip nuo -15 °C iki -25 °C, yra pagrįstas siekiu užtikrinti plataus spektro laboratorinių darbų ir tyrimų poreikius, įskaitant tuos atvejus, kai būtinas žemesnės nei -22 °C temperatūros palaikymas. Komisija pažymi, kad yra reagentų, kurių rekomenduojamos laikymo sąlygos -25°C. Pasirinktas temperatūros reguliavimo intervalas nuo -15 °C iki -25 °C užtikrina didesnę pritaikomumą, lankstumą ir laboratorinių darbų saugumą.

Komisija sprendžia nukelti pasiūlymų pateikimo terminą bei susipažinimo su pasiūlymais datą apie tai raštu informuojant tiekėjus CVP IS priemonėmis. Apie tikslų pasiūlymų pateikimo terminą informuoti CVP IS priemonėmis, ne anksčiau, nei skelbimo apie patikslinimą, paskelbimo CVP IS dieną.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Nukelti pasiūlymų pateikimo terminą bei susipažinimo su pasiūlymais datą, apie tai raštu informuojant tiekėjus CVP IS priemonėmis. Apie tikslų pasiūlymų pateikimo terminą informuoti CVP IS priemonėmis, ne anksčiau, nei skelbimo apie patikslinimą, paskelbimo CVP IS dieną.
3. Apie Komisijos priimtus sprendimus informuoti tiekėjus bei kitus suinteresuotus dalyvius.