

## RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas	„Chirurginiai implantai (karotidiniai šuntai ir valvuliotomai“
RDK paskelbimo data ir numeris	2025-04-14, Nr. 2196278
RDK vykdymo laikotarpis	nuo 2025-04-14 iki 2025-04-22
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS
<b>INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS</b>	
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	1
<b>APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI</b>	
Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 1 tiekėjas, kuris turėjo pastabų, rekomendacijų ir siūlymų techninių specifikacijų projektui, kuriuos perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino.	

Informuojame, kad išnagrinėjusi pateiktas pastabas ir pasiūlymus, perkančioji organizacija priėmė šiuos sprendimus:

Techninės specifikacijos punktas	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūlomas pakeitimas	Perkančiosios organizacijos sprendimas
<b>1 P.d. Karotidinis šuntas</b>			
		Siūloma įtraukti reikalavimus: „ <i>T formos anga, skirta infuzijai, praplovimui ir kraujotakos stebėjimui. Apsauginis apvalkalas, sumažinantis arterijų pažeidimo riziką. Atrauminė dvigubo baliono okliuzija</i> “.	Perkančioji organizacija sutinka įtraukti šiuos reikalavimus į techninę specifikaciją.
		Siūloma nurodyti minimalų užsakymą (2 vnt., vieno kodo) karotidiniams šuntams.	Techninė specifikacija bus koreguojama pašalinant reikalavimus dėl būtinų dydžių (8F ir 10F) bei paliekant tik 9F dydžio šuntus, kurie įprastai užsakomi didesniais kiekiais nei 2 vnt., todėl, perkančiosios organizacijos nuomone, nėra būtinybės šios sąlygos nurodyti Pirkimo sąlygose.