

ATVIRO KONKURSO
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjų siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA: Tiekėjų siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvairstė tiekėjų siūlymus pateiktus 2025-03-14 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtos rinkos konsultacijos metu dėl medicinos pagalbos priemonių pirkimo (pirkimo ID numeris 1675356).

Siūlymas pirkimo daliai Nr. 3.1 – 3.3 „Biologinių skysčių atsiurbimo sistemos“

Prašome patikslinti punktą dėl aiškumo: „Ant maišo dangtelio turi būti nurodyta talpa; skersmuo dangtelio 135 mm“ ir atskirti sekančiai: „Ant maišo dangtelio turi būti nurodyta talpa. Maišelio skersmuo dangtelio 135 mm“.

Prašome įtraukti sąlygą: Tiekėjas privalo pateikti oficialų gamintojo raštą, kad jis yra oficialus tiekėjas Lietuvoje.

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai 3.1 – 3.3 „Biologinių skysčių atsiurbimo sistemos“ sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „Ant maišo dangtelio turi būti nurodyta talpa; skersmuo dangtelio 135 mm“ į reikalavimą „Ant maišo dangtelio turi būti nurodyta talpa. Maišelio skersmuo dangtelio 135 mm“. Komisija nesutinka įtraukti techninės specifikacijos reikalavimo „Tiekėjas privalo pateikti oficialų gamintojo raštą, kad jis yra oficialus tiekėjas Lietuvoje“, kadangi tokio reikalavimo nustatymas ribos tiekėjų konkurenciją.

Siūlymas pirkimo daliai Nr. 3.1 – 3.3 „Biologinių skysčių atsiurbimo sistemos“

P.d. 3.1 siūlome pakoreguoti šį punktą atitinkamai:

- Maišai neturi vakuumo jungties. Kiekvienas maišas viduje privalo turėti kombinuotą hidrofobinį ir **antirefluksinį vožtuvą**, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą.*
- Ant maišo dangtelio **gali** būti nurodyta talpa; skersmuo dangtelio **130-150 mm**.
(Skersmuo dangtelio priklauso nuo daugkartinio naudojimo skaidraus plastiko indo dydžio, todėl būtų logiška papildyti šio dangtelio skersmens toleranciją, nes taip pat bus siūlomi ir tie indai.)*

P.d. 3.2 siūlome pakoreguoti TS, t.y. išimti šiuos punktus, nes indas yra sugraduotas ir galima prilyginti kaip matavimo indui:

- Tūrio matavimo paklaida naudojant su siurbimo maišu ± 100 ml (pateikti sertifikata).*
- **Sertifikuotas kaip matavimo indas (pateikti sertifikata).***
- Ant indo integruota speciali daugkartinio naudojimo L formos vakuumo jungtis, kuri gali būti išimta iš indo. Indas komplektuojamas su L formos jungtimi.*

(Ši jungtis yra speciali ir ji gali būti taikoma arba ne pagal individualų indą. Ši jungtis, kaip daugkartinio naudojimo nėra būtina).

- **L formos kampinės jungtys** ir indai gali būti dezinfekuojami automatiniuose plautuvuose (95°C) ir autoklavuojama (121°C).*

(Kaip ir minėjome anksčiau, tos jungtys nebūtinai turi būti autoklavuojamos, todėl prašome išimti jas iš šios TS dalies)

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai 3.1 – 3.3 „*Biologinių skysčių atsiurbimo sistemos*“ sutinka tikslinti techninę specifikaciją sekančiai iš „*Maišai neturi vakuumo jungties. Kiekvienas maišas viduje privalo turėti kombinuotą hidrofobinį ir antibakterinį filtrą, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą*“ į reikalavimą „*Maišai neturi vakuumo jungties. Kiekvienas maišas viduje privalo turėti kombinuotą hidrofobinį filtrą, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą*“. Sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą sekančiai iš „*Ant maišo dangtelio turi būti nurodyta talpa; skersmuo dangtelio 135 mm*“ į reikalavimą „*Ant maišo dangtelio turi būti nurodyta talpa. Maišelio skersmuo dangtelio 135 mm*“, kadangi tokias sistemas naudoja ir kiti skyriai, todėl maišeliai turi tiktį į jau turimus įstaigoje daugkartinius indus.

Komisija nesutinka naikinti techninės specifikacijos reikalavimų „*Tūrio matavimo paklaida naudojant su siurbimo maišu ± 100 ml (pateikti sertifikata)*“, „*Sertifikuotas kaip matavimo indas (pateikti sertifikata)*“, kadangi Perkančioji organizacija galės tiksliai nustatyti nusiurbtų biologinių skysčių kiekį, nenaudojant papildomų priemonių, kurios didina įstaigos kaštus. Komisija nesutinka naikinti techninės specifikacijos reikalavimo „*Ant indo integruota speciali daugkartinio naudojimo L formos vakuumo jungtis, kuri gali būti išimta iš indo. Indas komplektuojamas su L formos jungtimi*“, kadangi Perkančioji organizacija atsižvelgia į kaštus/išlaidas, jai yra aktualu, kad indas būtų komplektuojamas kartu su indu ir būtų daugkartinis. Komisija nesutinka naikinti techninės specifikacijos reikalavimo „*L formos kampinės jungtys ir indai gali būti dezinfekuojami automatinuose plautuvuose (95°C) ir autoklavuojama (121°C)*“, kadangi Perkančioji organizacija kaip gydymo įstaiga turi užtikrinti saugų darbą bei priemones tiek darbuotojams tiek pacientams, todėl indai su kampine jungtimi turi būti dezinfekuojami ir autoklavuojami.

Techninę specifikaciją skaityti taip:

3.1. – 3.3. Biologinių skysčių atsiurbimo sistemos:

Poz. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai	Orientacinis poreikis (vnt.)
3.1.	Vienkartinis 2 litrų skysčių surinkimo maišas su granulėmis	- Vienkartinis (pažymėta simboliu), 2 litrų talpos. - Pagamintas iš tvirto polietileno ar lygiavertės medžiagos. - Sudėtyje nėra PVC. - Maišai neturi vakuumo jungties. Kiekvienas maišas viduje privalo turėti kombinuotą hidrofobinį filtrą, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą. - Maišo viduje turi būti uždaroje pakeliuose supakuotos granulės, paverčiančios skystį geliu. Maišai pateikiami tvarkingai sulakstyti ir suklijuoti lipnia juosta. Ant maišo turi būti speciali jungtis mėginių indelio prijungimui, atskira tvirtinimo jungtis specialiam skysčių matavimo indui ir rankena maišo išėmimui. - Ant maišo dangtelio turi būti nurodyta talpa. Maišelio skersmuo dangtelio 135 mm. - Pateikti 93/42/EEC sertifikata. <u>Pritaikytas naudoti kartu su 3.2 p.d. nurodytais indais, kurie bus suteikti kaip priedas prie maišelių.</u>	14 256
3.2.	Daugkartinio naudojimo skaidraus plastiko 2 litrų indas	2litrų talpos daugkartinio naudojimo skaidraus plastiko indas su skysčio kiekio matavimo skale, sugraduotas kas 100 ml. - Tūrio matavimo paklaida naudojant su siurbimo maišu ± 100 ml (pateikti sertifikata).	94

		• Sertifikuotas kaip matavimo indas (pateikti sertifikata). • Ant indo integruota speciali daugkartinio naudojimo L formos vakuumo jungtis, kuri gali būti išimta iš indo. Indas komplektuojamas su L formos jungtimi. • Turi būti galimybė sujungti indus į vientisą skysčių surinkimo sistemą. • Indas laikiklių pagalba gali būti montuojamas ant specialaus vežimėlio su ratukais, prie lovos, sienos, stalo ar ant specialių bėgelių operacinėse. Indai atsparūs smūgiams, pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos. • L formos kampinės jungtys ir indai gali būti dezinfekuojami automatinuose plautuvuose (95°C) ir autoklavuojama (121°C). • Pateikti 93/42/EEC sertifikata. Indai pateikiami nemokamai.	
3.3.	Plastikinių indų laikiklis	• Laikiklis pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos. • Tvirtinamas prie bėgelių arba prie lovos. • Tinkamas 2 litrų talpų plastikiniams ar lygiaverčiams indams, <u>nurodytiems 3.2 p.d. ir suteikiamas kaip priedas prie indų.</u>	Laikikliai, tvirtinami prie bėgelių – 51 vnt. Tvirtinami prie lovos – 43 vnt.

Siūlymas pirkimo daliai Nr. 4 „Tulžies lataų stentas (plastikinis ar lygiavertis)“

Siūlymai p.d 4.

- *Specifikacijoje nurodyta, kad stentas turi būti pigtail tipo, tas nusako stentų rūšį, vėliau reikalavimuose seka tekstas „formas: straight; pigtail; double-pigtail; curved; angled“ – čia išvardytos įvairios stentų konfigūracijos, tuomet iškyla klausimas, ko gi reikia ar pigtail tipo ar visų išvardintų? Parastai naudojami tiesūs, pigtail tipo, centrinio lenkimo arba proksimalinio lenkimo stentai. Manome, kad čia įsivėlusį klaidą ir šitą reikalavimą reikia pašalinti.*

- *Stento ilgiai. Jie yra išvardyti reikalavime - "ilgis: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150 mm" ir dar kartą apie tą patį parametrą kalbama reikalavimuose - "darbinis ilgis nuo 5 cm iki 15 cm" ir "didėjantis kas centimetrą" – tai reikalavimai dubliuojasi, net ne visiškai sutampa, todėl, siūlome šalinti reikalavimus "darbinis ilgis nuo 5 cm iki 15 cm" ir "didėjantis kas centimetrą", nes reikalingi ilgiai jau nurodyti reikalavime "ilgis: 30,40,50,60,70,80,90,100,120,150 mm".*

- *Taip pat siūlome šalinti reikalavimą - "stentą galima užsakyti atskirai arba užmautą ant įvedimo sistemos", nes tai yra du skirtingi produktai - stentas be įvedimo sistemos ir stentas gamykliškai su įvedimo sistema. Pigtail stentai gamykliškai su įvedimo sistema neegzistuoja, tuo tarpu tiesūs, lenkti centre ar proksimaliai galėtų būti kartu su įvedimo sistema, (taip vadinami preloaded) bet stento kaina be įvedimo sistemos ir gamykliškai su įvedimo sistema skiriasi bent 2 kartus, todėl jei vis tik reikia preloaded stentų, jie turėtų būti atskiriami į atskirą pirkimo eilutę. Dar kartą pabrėžiame, kad pigtail stentų preloaded nebūna.*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai 4 „Tulžies lataų stentas (plastikinis ar lygiavertis)“ sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „formas: straight; pigtail; double-pigtail; curved; angled“ į reikalavimą „formas: pigtail; double-pigtail“. Komisija nesutinka šalinti techninės specifikacijos reikalavimų „darbinis ilgis nuo 5 cm iki 15 cm“, „didėjantis kas centimetrą“ ir „ilgis: 30,40,50,60,70,80,90,100,120,150 mm“, kadangi

Perkančioji Organizacija nustatė įstaigos poreikius atitinkančią techninę specifikaciją. Komisija sutinka šalinti reikalavimą „stentą galima užsakyti atskirai arba užmautą ant įvedimo sistemos”.

Techninę specifikaciją skaityti taip:

4. Tulžies latakų stentas (plastikinis ar lygiavertis):

- vienkartinis (pažymėta simboliu);
- sterilus (simbolis ant pakuotės);
- “pigtail” ar lygiavertio tipo;
- iš polietileno PE-/PTFE ar lygiavertės medžiagos;
- rentgenokontrastinis;
- formos: pigtail; double-pigtail;
- dydis: 7 Fr;
- ilgis: 30,40,50,60,70,80,90,100,120,150 mm;
- dvi šoninės skylutės;
- darbinis ilgis nuo 5 cm iki 15 cm;
- didėjantis kas centimetrą;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
- ant pakuotės nurodyta priemonės pagaminimo data ir laikas.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

Siūlymas pirkimo daliai Nr. 4 „Tulžies latakų stentas (plastikinis ar lygiavertis)“

Prašome koreguoti 4 p.d. techninę specifikaciją koreguoti atskiriant 5 skirtingas pirkimo dalis skirtingoms stentų formoms: straight; pigtail; double-pigtail; curved; angled; Šie pakeitimai neturės įtakos prekės kokybės ar funkcionalumui, tačiau leis daugiau tiekėjų pasiūlyti savo prekes, o PO galės išsirinkti visapusiškai naudingiausią pasiūlymą.

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai 4 „Tulžies latakų stentas (plastikinis ar lygiavertis)“ sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „formas: straight; pigtail; double-pigtail; curved; angled” į reikalavimą „formas: pigtail; double-pigtail”.

Siūlymai pirkimo daliai Nr. 8 „Vamzdeliai torokalinės drenažo sistemoms“

P.d. 8 siūlome pakoreguoti, nes indų diametras yra dažniausiai 38mm:

- vamzdelių rinkinys tinka krūtinės ląstos drenažo sistemos (stiklinės) indui, kurio diametras yra 35-38 mm;
- rinkinį sudaro du vamzdeliai: 30-40 cm vamzdelis su vakuuminiu konektoriumi ir 150 cm vamzdelis su jungtimi prie paciento; (siūlome praplėsti toleranciją)

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 8 „Vamzdeliai torokalinės drenažo sistemoms“ nesutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimo iš „vamzdelių rinkinys tinka krūtinės ląstos drenažo sistemos (stiklinės) indui, kurio diametras yra 35mm” į reikalavimą „vamzdelių rinkinys tinka krūtinės ląstos drenažo sistemos (stiklinės) indui, kurio diametras yra 35-38mm”, kadangi įstaigoje turimi indai yra 35 mm. Komisija sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „rinkinį sudaro du vamzdeliai: 40 cm vamzdelis su vakuuminiu konektoriumi ir 150 cm vamzdelis su jungtimi prie paciento” į reikalavimą „rinkinį sudaro du vamzdeliai: 30-40 cm vamzdelis su vakuuminiu konektoriumi ir 150 cm vamzdelis su jungtimi prie paciento”.

Techninę specifikaciją skaityti taip:

8. Vamzdeliai torokalinės drenažo sistemoms:

- sterilūs (pažymėta simboliu);
- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- PVC ar lygiavertės medžiagos vamzdelių rinkinys, skirtas krūtinės ląstos drenažinei sistemai;
- vamzdelių rinkinys tinka krūtinės ląstos drenavimo sistemos (stiklinės) indui, kurio diametras yra 35mm;
- rinkinį sudaro du vamzdeliai: 30-40 cm vamzdelis su vakuuminiu konektoriumi ir 150 cm vamzdelis su jungtimi prie paciento;
- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 1 400 vnt.

NUTARTA:

1. Iš dalies tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo dalims Nr.3.1-3.3., Nr.4., Nr.8.
2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti rinkos dalyvius.