

**Viešojo pirkimo „Apsaugos priemonės I operacinio bloko poreikiams“ Nr. Ecocost 9905
RINKOS KONSULTACIJOS VERTINIMO IŠVADOS**

2025-04-15 Nr.E9905

Po įvykusios rinkos konsultacijos CVP IS ID 1785105 priimtas sprendimas:

1 poz. Dvipusis skysčių sugėrimo kilimėlis. Kilimėlis 75 x 40 cm ± 3 cm. Siūloma pakeisti kilimėlio matmenis į (-24cm) 51 x 42 cm ± 3 cm. Nekeisim, nes bus visai kitokių matmenų kilimėlis (labai didelis matmenų keitimo intervalas), mažesnio dydžio kilimėlis sugers mažiau skysčio.

2 poz. Skysčius sugeriantis kilimėlius tikslinti kaip siūlo xxxxx nesutinkame. Mūsų nuomonė, kad tai yra ne esminis pasiūlymas, nes kilimėlis skirtas skysčių surinkimui operacinėse, rankų dezinfekavimo vietose, sterilizacinėse, kad grindys išliktų sausos ir būtų išvengta paslydimo ir kritimo ir tuo atžvilgio siauresnis ir pailgas kilimėlis yra praktiškesnis, nes naudojamas mažose patalpose ir tiesiogiai prie operacinio stalo. Siūlomas kilimėlis būtų per didelis. Nesutinkame mažinti kilimėlio sugeriamumo.

Skysčius sugeriantis kilimėlis	Dydis 70-(90) x 100 cm ± 3 cm. Sugeria ne mažiau 2,0(1,8) litrų skysčio
Skysčius sugeriantis kilimėlis	Dydis 70-(90) x 140 cm ± 3 cm. Sugeria ne mažiau 3,0 litrų skysčio
Skysčius sugeriantis kilimėlis	Dydis 70-(90) x180 cm cm ± 3 cm. Sugeria ne mažiau 3,5 litrų skysčio

3 poz. Tikriausiai, dėl techninės klaidos 3 poz. pateikta visai ne tą techninę specifikaciją (3 ir 4 poz. specifikacijos vienodos, skydliaukės apsauginės apykaklės gaubtas), todėl prašome pakeisti į siūlomą žemiau:

3.	Didelio sugeriamumo operacinio stalo paklotas	Vienkartinio naudojimo, nesterilūs. Skirti apsaugai nuo skysčių, kraujo ir užtikrinantys paciento apsaugą bei komfortą operacijų metu. Paklotai turi tiktigigoninėje atliekamoms operacijoms litotomijos padėtyje, gulint ant nugaros ir ant pilvo padėtyje, ir suderinami su ligoinėje esančiais operaciniais stalais. Pagamintas iš trijų sluoksnių – viršutinis sluoksnis iš dygsniuotos neaustinės polipropileno medžiagos, vidurinis sluoksnis iš ypatingai skysčius sugeriančio polimero, apatinis iš skysčiams nepralaidžios, tekstūruotos ir neslystančios polietileno plėvelės. Apkloto kraštai užlydyti, nepralaidžia skysčių. Sudėtyje nėra latekso. Atitinka Medicinos prietaisų reglamento 2017/745 reikalavimus, medicinos priemonių klasė: I, nesterilus. Pažymėtas CE ženklų. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui turi būti pristatyti ne mažiau 2 vnt. pavyzdžių kiekvieno dydžio.
3.1		Dydis 100 x150 cm ± 3 cm (litotominei padėčiai)

3.2		Dydis 80 x 220 cm ± 3 cm (padėtis ant nugaros)
3.3		Dydis 100 x 230 cm ± 3 cm (padėtis ant pilvo)
3.4		Dydis 100 x 310 cm ± 3 cm (angiografijai)

Perkančiai organizacijai yra labai svarbu, kad paklotai būtų skirti apsaugai nuo skysčių, kraujo ir užtikrintų paciento apsaugą bei komfortą operacijų metu. Paklotai **turi tikti ligoninėje atliekamoms operacijoms** litotomijos padėtyje, gulint ant nugaros ir ant pilvo padėtyje, ir **suderinami su ligoninėje esančiais operaciniais stalais**. Perkančiai organizacijai tokius tinkamus, kokybiškus apklotus naudingiau pirkti neišskaidant grupę į pavienes pirkimo dalis. Išdalinus po vieną, bus apsunkintos užsakymo - tiekimo kontrolė. Perkančiai organizacijai yra ypatingai svarbu nuolat turėti visų dydžių paklotus.

5 poz. Išdalinus po vieną, bus apsunkintos užsakymo - tiekimo kontrolė. Perkančiai organizacijai yra ypatingai svarbu nuolat turėti **visų dydžių ir vienodų modelių (dizaino) švarkelius**.

Švarkelis S dydžio	Krūtinės plotis 57-60 cm; Švarko ilgis 70-73(76) cm; Rankovės ilgis (55)70-74 cm; Rankogalio ilgis 7(6)-10 cm
Švarkelis M dydžio	Krūtinės plotis 60-65 cm; Švarko ilgis 73-75(77) cm; Rankovės ilgis (56)75-78 cm; Rankogalio ilgis (6)7-10 cm
Švarkelis L dydžio	Krūtinės plotis (63)66-69 cm; Švarko ilgis 75-77(78) cm; Rankovės ilgis 76-79 cm; Rankogalio ilgis (6)7-10 cm
Švarkelis XL dydžio	Krūtinės plotis (67)70-74 cm; Švarko ilgis 77-79 cm; Rankovės ilgis (59)77-81 cm; Rankogalio ilgis (6)7-10 cm
Švarkelis XXL dydžio	Krūtinės plotis 76-80 cm; Švarko ilgis 79-82 cm; Rankovės ilgis 80-82 cm; Rankogalio ilgis (6)7-10 cm
Švarkelis XXXL dydžio	Krūtinės plotis (78)81-84 cm; Švarko ilgis 81-84 cm; Rankovės ilgis (61)81-85 cm; Rankogalio ilgis (6)7-10 cm

Perkančioji organizacija nesutinka keisti techninę specifikaciją, padidinant dydžių išmatavimų ribas (net iki 20 cm).

9 poz. Chirurginė kepurė - šalmas kepurės viršugalvio dalies plotis 13-15(17) cm, ilgis 24-26(29) cm. Raiščių ilgis 60(38)-65 cm.

Techninės specifikacijos **sutinkame** tikslinti.

34 poz. Tikslinti nesutinkame, nes prašome - Sterilus adatų konteineris (**konkrečiai**) 10-iai adatų