

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas	Rinkos dalyvių konsultacija dėl planuojamo pirkimo „Lanksčių endoskopų džiovavimo sistema“
RDK paskelbimo data ir numeris	2025-02-05 Nr. 1051035
RDK vykdymo laikotarpis	2025-02-19
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS
INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS	
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	2
TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ	
Tiekėjų pastabos	

Techninės specifikacijos punktas	Techninės specifikacijos reikalavimas	Tiekėjo siūlomas pakeitimas	Perkančiosios organizacijos sprendimas
Tiekėjų pastabos dėl techninės specifikacijos reikalavimų:			
2.9 Oro sunaudojimas	≤150 l/min	11.5 m³/h (191,7 l/min) Didesnis oro suvartojimas reiškia didesnį viršslėgį, efektyvų džiovinimą. Toks sunaudojimo oro apribojimas nėra naudingas.	Perkančioji organizacija reikalavimą keičia į: ≤200 l/min.
2.12 Džiovinimo laikas	≤ 120 min	Nusausintus endoskopus rekomenduojama džiovinti bent 60 min, šlapius – bent 180 min	Perkančioji organizacija reikalavimą keičia į: ≤ 180 min.
2.14 Išmatavimai (plotis x gylis x aukštis)	Ne daugiau kaip 130 x 50 x 225 cm	Plotis 68 cm, gylis 67 cm, aukštis 235 cm	Perkančioji organizacija reikalavimą keičia į: ≤130x≤70x≤235
2.15 Tarpas tarp endoskopų laikiklių	≥ 9 cm	40 mm, Atkreiptinas dėmesys į laikiklių poziciją (pridedama nuotrauka) Laikikliai atidarius duris su jomis išsitraukia iš sistemos ir endoskopai kabinami iš šono, tad mažesnis tarpas neapsunkina naudojimosi, o tik efektyviau išnaudoja erdvę.	Perkančioji organizacija reikalavimą keičia į: ≥ 4 cm

2.3 Endoskopų kabinimas	Vertikaliai	Horizontalus endoskopų laikymas: keisti: „ <i>Horizontalus arba vertikalus endoskopų laikymas</i> “	Perkančioji organizacija nesutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimų, kadangi pagal perkančiosios organizacijos turimos įrangos rekomendacijas endoskopus būtina laikyti vertikaliai.
2.6 Oro filtravimas	Ne blogesnis kaip HEPA H13 filtras	Manome, kad šis reikalavimas yra perteklinis, nes oro filtravimas naudojant HEPA filtrą (nepriklausomai nuo klasės) užtikrina pakankamą oro kokybę ir tinkamą džiovavimo ar sterilizavimo aplinką. Nurodyti konkrečią HEPA filtro klasę nėra būtina, svarbu, kad filtras atliktų reikalingą funkciją. Siūlome šį reikalavimą keisti į bendresnę formuluotę „Oro filtravimas naudojant HEPA filtrą“.	PO nesutinka keisti reikalavimo, kadangi siekia įsigyti įrangą, kuri geba atlikti aukštos klasės oro filtravimą ir taip užtikrina sterilumą, infekcijų kontrolę.
2.14 Išmatavimai (plotis x gylis x aukštis)	Ne daugiau kaip 130 x 50 x 225 cm	Prašome keisti sekančiai: „ <i>Ne daugiau kaip 130 x 54 x 225 cm</i> “	Perkančioji organizacija reikalavimą keičia į: $\leq 130x \leq 70x \leq 235$.

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI

Rinkos dalyvių konsultacijoje dalyvavo 2 tiekėjai, kurie turėjo pastabų ir siūlymų techninės specifikacijos projektui. Perkančioji organizacija išnagrinėjo pastabas ir jas įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija atsižvelgs į gautus pasiūlymus ir rekomendacijas taip, kaip nurodyta aukščiau.