



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Sajūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, tel. +370 458 51 948, el. p. a.krasauskas@rokiskis.lt.

Tiekėjams

2025- Nr. VPSD-
į 2025-04-24 pranešimą 169741

DĖL DIENOS CHIRURGIJOS LAPAROSKOPINĖS SISTEMOS SU INSTRUMENTAIS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINEI PIRKIMO

Klausimas. Techninės specifikacijos punktas Nr. 3.2.3 skelbia: „*Vaizdo apdorojimo įrenginys, 1 vnt.: Lanksčius daugkartinius video (skaitmeninius) endoskopus*“

Toks reikalavimas yra perteklinis, nes lankstieji video endoskopai dažniausiai naudojami ne laparoskopijai, o bronchoskopijai ar gastroskopijai. Laparoskopinė įranga dažniausiai turi savitą vaizdo sistemą (kamerą, šviesos šaltinį, monitorių), nepritaikytą lanksčių video endoskopų jungimui. Prašome šalinti šį reikalavimą arba perkelti jį prie naudingumo balų.

Atsakymas. Perkančioji organizacija siekia įsigyti universalią ir ekonomiškai efektyvią endoskopinę sistemą dienos chirurgijos paslaugoms teikti, prie kurios galima prijungti tiek kietus, tiek lanksčius endoskopus, pvz., bronchoskopus intubacijai, choledochoskopus, ureteroskopus ar kt.

Tai leidžia chirurgams ir anesteziologams atlikti įvairias procedūras su viena sistema, išvengiant techninės įrangos keitimo ar dubliavimo. Svarbu pažymėti, kad vieta operacinėje paprastai būna labai ribota ir bet kokie papildomi įrenginiai sukelia papildomų nepatogumų bei yra potencialūs infekcijos šaltiniai. Reikalavimą atitinka ne mažiau nei trijų gamintojų įranga (pvz., OLYMPUS NBI, KARL STORZ SPIES, Richard Wolf GmbH).

Reikalavimas nebus keičiamas.

Klausimas. Techninės specifikacijos punktas Nr. 3.6.2 skelbia: „*≥ 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis)*.“

Reikalavimas ribojantis konkurenciją, prašome koreguoti: „*Modifikuotas susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimas*“ arba „*≥ 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai*“.

Atsakymas. Susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimo technologijos pagrindas – šviesos spektro optimizavimas pašalinant raudonos spalvos (ilgosios bangos) komponentę bei išryškinant trumpesnės bangos ilgio šviesą (žalią, mėlyną), kuri geriau atsispindi nuo paviršiaus struktūrų ir leidžia matyti daugiau smulkių detalių.

Raudona šviesa pašalinama todėl, kad ji prasiskverbia per giliai, blogina paviršinių detalių kontrastą ir gali slopinti svarbių struktūrų matomumą.

Tokias technologijas naudoja tokios įrangos gamintojos, pvz., OLYMPUS NBI, KARL STORZ SPIES, Stryker IRIS. Reikalavimą atitinka ne mažiau nei trijų gamintojų įranga.

Reikalavimas nebus keičiamas.

Klausimas. Techninės specifikacijos punktas Nr. 9 – 24, Nr. 26 – 33 ir Nr. 34. Perkančioji organizacija nusirodžiusi didelį kiekį skirtingų instrumentų, kurie nors ir naudojami laparoskopinėse operacijose, su perkama įranga nėra jungiami, todėl gali būti perkami atskirai. Taip pat, pastebime, kad yra perkami ir priedai elektrochirurgijos aparatui, kuris nėra įtrauktas į šį

pirkimą. Pagrindiniai priedai laparoskopijos sistemai yra šviesolaidis, optika, insuflatoriaus žarnelės, filtrai bei elektrochirurgijos elektrodai, kabeliai, kurie būtų komplektuojami kartu su elektrochirurgijos aparatu. Ne visi tiekėjai gali pasiūlyti laparoskopinę sistemą ir tokį platų instrumentų asortimentą. Suprantame, kad instrumentai aprašyti taip, kad atitiktų vartotojo poreikius, todėl šalinti dalį instrumentų ar keisti jų techninius reikalavimus būtų netikslinga. Todėl prašome perkančiosios organizacijos išskaidyti pirkimą į dvi dalis, atskiriant instrumentus nuo perkamos įrangos. Tokiu būdu daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, būtų užtikrinta sąžininga konkurencija ir taupomos perkančiosios organizacijos lėšos.

Atsakymas. Laparoskopinėms operacijoms atlikti būtinas įrangos komplektas apima ne tik vaizdo sistemą bet ir chirurginius instrumentus (pvz., trokarus, insufliatorių). Šių komponentų įtraukimas į vieną pirkimo objektą laikytinas pagrįstu, nes visi jie sudaro **funkcinę ir techninę visumą**, reikalingą kokybiškam ir saugiam chirurginių procedūrų atlikimui.

Chirurginių instrumentų ir įrangos įtraukimas į bendrą endoskopinės sistemos pirkimą yra būtinas dėl techninio jų tarpusavio suderinamumo bei saugaus naudojimo. Atskirų pirkimų atveju išauga įrangos ir instrumentų nesuderinamumo ir gedimų interpretavimo rizika.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsniu, tiekėjas turi teisę pasitelkti kitų ūkio subjektų pajėgumus siekdamas pateikti visapusišką pasiūlymą.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Arūnas Krasauskas

Janina Kasperavičienė, tel. +370 618 25 730, el. paštas janina@rokiskioligonine.lt

Justina Balaišienė, tel. +370 610 06 262, el. paštas j.balaisiene@rokiskis.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Rokiškio rajono savivaldybės administracija 188772248, Sąjūdžio a.1, LT-42136 Rokiškis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL DIENOS CHIRURGIJOS LAPAROSKOPINĖS SISTEMOS SU INSTRUMENTAIS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINEI PIRKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-06 Nr. VPSD-249
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Krasauskas, Seniūnas, Rokiškio miesto seniūnija
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS KRASAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-06 16:43:03 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-06 16:43:15 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-24 07:43:14 – 2026-04-24 07:43:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-06 17:02:40)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-06 17:02:40 DBSIS