



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

Visiems pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams
Siųsti CVP IS

2025-05-08 Nr. (7.35 Mr) S-

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos centrinė perkančioji organizacija pateikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus dėl viešojo pirkimo Nr.2427228 „Laboratoriniai reagentai ir priemonės tyrimams su panaudai suteikiamais analizatoriais“ dokumentų.

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta. Atsakymus pateikė VšĮ Kelmės ligonės medicinos biologė Rūta Kašinskaitė, tel. +370 427 69221, el. paštas: laboratorija@kelmesligonine.lt.

1. Klausimas. UAB „X“ yra potenciali būsimo Konkurso dalyvė (tiekėja), todėl yra suinteresuota sąlygų, tuo pačiu ir Techninės specifikacijos, aiškumu, skaidrumu bei sudarytomis galimybėmis sąžiningai konkuruoti su kitais potencialiais tiekėjais.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pridėtame dokumente, pavadinimu „5 Techninė specifikacija“ lentelėje **„Pirmosios pirkimo dalies biocheminio analizatoriaus su ISE moduliu būtinieji reikalavimai“** yra pateiktas techninis parametras „Našumas“, kuris reikalauja, kad siūlomo analizatoriaus našumas būtų *“Ne mažiau 400 fotometrinių tyr/val. ir ne mažiau 200 ISE tyr. /val.”*. Atlikus skaičiavimus, pagal Jūsų pateiktus tyrimų skaičius, matome, kad toks analizatoriaus našumo reikalavimas yra perteklinis, kadangi biocheminių tyrimų skaičius - 167 300 per 36 mėnesius, kiekvieną dieną atliekant tyrimus, 153 tyrimai per dieną ir ISE - 53 030 per 36 mėnesius, kiekvieną dieną atliekant tyrimus, 49 tyrimai per dieną. Remiantis pateiktais skaičiavimais, prašome Jūsų, reikalavimą „Našumas“ keisti taip: *“Ne mažiau 240 fotometrinių tyr/val. ir ne mažiau 160 ISE tyr. /val.”* Suprantame, kad tik pati perkančioji organizacija nustato savo poreikius, norimas ir reikalingas įsigyti prekes ar paslaugas ir pagal savo poreikius rengia viešųjų pirkimų dokumentus, tačiau manome, kad objektyviai pakeitus punktą „Našumas“ perkančioji organizaciją galėtų gauti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą bei padidinti sąžiningą konkurenciją tarp tiekėjų.

Mes, UAB „X“ kaip potenciali būsimo Konkurso dalyvė (tiekėja), todėl esame suinteresuoti sąlygų, tuo pačiu ir Techninės specifikacijos, aiškumu, skaidrumu bei sudarytomis galimybėmis

sąžiningai konkuruoti su kitais potencialiais tiekėjais. Taigi, perkančioji organizacija turėtų pateikti atsakymus į paklausimus, kadangi paklausimai pateikti nepraleidus pirkimo dokumentuose numatyto termino.

Tikimės, kad atsižvelgsite į mūsų pastabas ir pasiūlymus.

Atsakymas. Perkančioji organizacija paaiškina, kad tai yra tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas reikalavimas, dėl to, kad daugiau nei 50% visų atliekamų tyrimų yra priėmimo, skubios pagalbos ir reanimacijos skyrių, todėl perkančiajai organizacijai svarbus našumo rodiklis. Perkančiosios organizacijos laboratorija turi tyrimus atlikti per kiek įmanomai trumpą laiką ir teikti rezultatus gydytojams. Reikalaujamas našumas leis laboratorijai matematiškai (Paklausime absoliučiai klaidingai nurodytas vertinimas) atlikti tyrimus per bent dvigubai trumpesnę laiką, nei Paklausime siūlomo aparato tyrimo atlikimo laiką. Našumas yra ne tik laboratorijos kokybės, bet ir tyrimų atlikimo laiko bei atsakymų pateikimo greičio parametras. Kas ypatingai svarbu gydytojų priimamų sprendimų trukmei bei informacijos pateikimo pacientams.

Techninis specifikacijos reikalavimas nebus nekeičiamas.

Komisijos pirmininkas

Mantas Ralys

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-08 Nr. (7.35. Mr) S-1521
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Ralys skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-08 11:08
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-08 11:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-15 13:48 - 2029-11-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Janušauskienė vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-08 14:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-18 10:59 - 2029-12-18 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250507.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-08 nuorašą suformavo Agnė Ralytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-