

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO  
„REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KŪNO SKYSČIŲ IR HEMATOLOGINIŲ KRAUJO  
TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU“  
(PIRKIMO NR. 1952561)  
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

**DARBOTVARKĖ:** Dėl Tiekėjo pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

**SVARSTYTA:** Tiekėjo pateikti siūlymai/pastabos rinkos konsultacijai

Viešojo pirkimo Komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis gavo Tiekėjo siūlymus/pastabas 2025-03-13 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **reagentų ir papildomų priemonių kūno skysčių ir hematologinių kraujo tyrimų atlikimui su įrangos įsigijimu panaudos būdu** pirkimo (Nr. 1952561).

***Tiekėjo siūlymai/pastabos:***

*„ Reagentų ir papildomų priemonių kūno skysčių ir hematologinių kraujo tyrimų atlikimui su įrangos įsigijimu panaudos būdu techninė specifikacija Eil. Nr. 1.7 Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus:*

1. *BF (kūno skysčių tyrimas)*
2. *CBC+DIFF+NRBC (bendras kraujo tyrimas su diferenciacija ir branduolėti eritrocitai)*
3. *CBC+DIFF+NRBC +RET (bendras kraujo tyrimas su diferenciacija, branduolėti eritrocitai ir retikulocitai)*

*Siūlome pakoreguoti šį specifikacijos kriterijų, kad būtų suteikta galimybė dalyvauti daugiau skirtingų gamintojų, taip skatinant konkurenciją.*

*Siūlomo analizatoriaus specifikacija viršija lūkesčius, tačiau jis veikia šiais režimais:*

1. *CBC*
2. *RET*
3. *PLT-F*
4. *CBC+DIFF*
5. *CBC+DIFF(LW+LP)*
6. *CBC+DIFF+RET- skirtas nuodugniam hematologiniam įvertinimui, siekiant išsiaiškinti anemijos priežastis, kaulų čiulpų veiklą, stebėti chemoterapijos įtaką.*
7. *CBC+RET- padeda įvertinti raudonųjų kraujo kūnelių gamybą be viso WBC skirtumo.*
8. *CBC+DIFF+PLT-F- siekiant stebėti trombocitų gamybą*
9. *CBC+DIFF+RET+PLT-F- skirtas nuodugniam hematologiniam įvertinimui, onkologiniams ar sudėtingiems atvejams.*

*Analizatorius neturi specializuoto režimo branduolėtiems eritrocitams, tačiau tiria šį parametrą..“*

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad tiekėjo siūlomi matavimo režimai 4. CBC+DIFF ir 6. CBC+DIFF+RET atitinka TS 1.7 punkto 2 ir 3 dalis. Nėra būtina, kad NRBC būtų nurodytas matavimo režimo pavadinime, ar būtų specialus režimas NRBC tirti, pakanka, kad NRBC yra tiriamas siūlomu režimu. Iš pateiktos medžiagos Komisija negali nustatyti ar tiekėjo siūlomas analizatorius turi Kūno skysčių tyrimo režimą, tai yra atitinka TS 1.7 punkto 1 dalį, tačiau šis režimas yra būtina pirkimo techninės specifikacijos dalis.

Pateikta techninė specifikacija atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir keičiama nebus.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.