

RINKOS KONSULTACIJOS APIBENDRINIMAS

KŪNO SUDĖTIES ANALIZATORIAUS SU ULTRAGARSINE ŪGIO MATUOKLE PIRKIMAS

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl *kūno sudėties analizatoriaus su ultragarsine ūgio matuokle pirkimo*.

1.2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.

1.3. Rinkos konsultacija paskelbta 2025-04-10¹. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2025-04-16 10:00 val. Lietuvos laiku.

1.4. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentais pateiktą klausimą.

1.5. Rinkos konsultacijoje dalyvavo ir atsakymus su pastabomis bei įžvalgomis pateikė 1 dalyvis.

¹ CVP IS Nr. 2152849, prieiga: <https://viesiejiirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=2152849>

2. ATSAKYMAI Į DALYVIŲ KOMENTARUS

1 lentelė

Eil. Nr.	Klausimas	1 Dalyvio nuomonė	PO atsakymai
1.	Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.	Pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios	-
2.	Ar Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir vertinimo metodika yra išsami, konkreti ir aiški? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.	Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir vertinimo metodika yra išsami, konkreti ir aiški	-
3.	Ar Perkančiosios organizacijos suplanuota skirti lėšų suma – ne didesnė nei 14.462,81 Eur be PVM yra pakankama?	Konfidencialu _Rekomenduojame padidinti lėšų sumą iki 16.500,00 Eur be PVM	Perkančioji organizacija pirkimui skirtą lėšų sumą suplanavusi ne didesnę kaip 14.462,81 Eur be PVM.
4.	Ar šios sutarties sąlygos yra aiškios ir tinkamos? - Prekių pristatymo adresas: Vydūno al. 4, LT-00135, Palanga. - Prekių pristatymas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo užsakymo pateikimo. - Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos	Rekomenduojame naikinti sąlygos dalį „ <i>Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma 200,00 Eur (du šimtai eurų 00 ct) bauda.</i> “. Kadangi prietaiso pristatymui PO nurodytu adresu gali būti pasinaudojam kurjerių tarnyba, tiekėjas negali nurodyti jiems kada ir koku maršrutu prekė turi būti pristatyta.	Perkančioji organizacija pastebi, kad sutarties sąlyga: „Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. <...> Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.“ yra Viešųjų pirkimų tarnybos parengtų pavyzdinių dokumentų sąlyga.

	kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. papunkčiu: Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. <...> Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma 200,00 Eur (<i>du šimtai eurų 00 ct</i>) bauda. • Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (<i>trisdešimt</i>) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.		
5.	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.	Pastabos sužymėtos techninėje specifikacijoje: TS 3 punktas Matavimo signalo dažniai Tyrimo metu naudojama ne mažiau kaip 6 skirtingi dažniai: 1, 5, 50, 250, 550, 1000 kHz – tiekėjo prašymas: Rekomenduojame parametro reikšmę koreguoti: „Tyrimo metu naudojama ne mažiau kaip 6 skirtingi dažniai“ nenurodant	Komisija nutarė neatsižvelgti į tiekėjo reikalavimą dėl TS 3 punkto, kadangi pasirinkti dažniai (1, 5, 50, 250, 550, 1000 kHz) buvo nustatyti atsižvelgiant į tyrimo tikslus – jie užtikrina reprezentatyvų duomenų rinkimą skirtinguose dažnių diapazonuose, nuo labai žemų iki aukštesnių dažnių.

		konkrečių dažnių reikšmių (arba nurodant tik būtiniausias), kadangi dabartinė parametro reikšmė labai riboja tiekėjo galybes (pavyzdžiui mūsų turimas analizatorius turi 6 skirtingus dažnius, bet 2 iš jų šiek tiek kitokio dydžio, o 1 neturi visai). TS 4 punktas Rezultatų pateikimas Analizatoriaus ekrane ir A4 formato lape (lietuviškose formose) tiekėjo prašymas: Rekomenduojame parametro reikšmę koreguoti taip: „Analizatoriaus ekrane ir A4 formato lape (lietuviškose arba anglų formose)“, kadangi papildomas kalbos instaliavimas prietaisui dažniausiai kainuoja tikrai nemažai, o tai padidina prietaiso kainą, kas nėra naudinga PO. TS 7 punktas Ne mažiau kaip šie matuojami parametrai: <...> Tiekėjo prašymas: Rekomenduojame parametro reikšmę keisti į „ - kūno sudėties išsamus vertinimas: „kūno tipo nustatymas (ne mažiau kaip 10 skirtingų kūno tipų); biologinis amžius; bazinė medžiagų apykaita (kcal); bendrosios dienos energijos sąnaudos (kcal); kūno ląstelių masė (kg); bendras kūno sudėties įvertinimas (balais). -rekomendacijos: svorio kontrolė (kg); raumenų kontrolė (kg); riebalų kontrolė (kg).“ Tokia parametro išraiška leistų dalyvauti didesniai tiekėjų skaičiui ir neribotų konkurencijos. TS 9 punktas: Matavimo srovė Ne daugiau kaip:180 mikroamperų	Komisija nutarė neatsižvelgti į tiekėjo reikalavimą dėl TS 4 punkto, kadangi tyrimo dalyviai kalbantys lietuvių kalba, todėl tiekėjas gali siūlyti papildomą kalbą, tačiau reikalavimas: „lietuviškose formose“ turi likti. Komisija nutarė neatsižvelgti į tiekėjo reikalavimą dėl TS 7 punkto, kadangi nustatyti reikalavimai užtikrins išsamesnį ir tikslesnį kūno sudėties įvertinimą, kuris yra svarbus tiek moksliniams tyrimams, tiek individualiam sveikatos ir fizinio pasirengimo vertinimui. Šis detalumo lygis leidžia geriau diferencijuoti tarp asmenų su panašiu KMI, bet skirtinga raumenų ar riebalų mase. Tai ypač aktualu šiuolaikinėje praktikoje, kur tradiciniai metodai (pvz., KMI) ne visada tiksliai atspindi sveikatos rizikas. Be to, dauguma šiuolaikinių kūno analizės sistemų jau leidžia identifikuoti daugiau nei 10 kūno tipų, todėl 20 tipų klasifikacija yra tiek techniškai įmanoma, tiek pagrįsta. Be to aktualu ir siektinas svoris analizėje. Komisija nutarė neatsižvelgti į tiekėjo reikalavimą dėl TS 9 punkto, kadangi 180 µA riba yra
--	--	--	--

		Tiekėjo prašymas: Rekomenduojame parametro reikšmę keisti į „Ne daugiau kaip:200 mikroamperų“ kadangi tai leistų dalyvauti didesniai tiekėjų skaičiui. TS 14 punktas: Tinka naudoti kai paciento ūgis Ne siauresnėse ribose kaip 50 – 220 cm Tiekėjo prašymas: Rekomenduojame parametro reikšmę keisti į „Ne siauresnėse ribose kaip 60 – 220 cm“ kadangi tai leistų dalyvauti didesniai tiekėjų skaičiui ir neribotų konkurencijos. TS 15 punktas: Matuojamas svorisNe siauresnėse ribose kaip 10 – 270 kg Tiekėjo prašymas: Rekomenduojame parametro reikšmę keisti į „Ne siauresnėse ribose kaip 10 – 250 kg“ kadangi tai leistų dalyvauti didesniai tiekėjų skaičiui ir neribotų konkurencijos. TS 16 punktas: Tiriamojo amžius Ne siauresnėse ribose kaip 1-99 metai Tiekėjo prašymas: Rekomenduojame parametro reikšmę keisti į „Ne siauresnėse ribose kaip 3-99 metai“ kadangi tai leistų dalyvauti didesniai tiekėjų skaičiui ir neribotų konkurencijos. TS 17 punktas: Tyrimo trukmė Ne ilgiau kaip 1 min. Tiekėjo prašymas: Rekomenduojame parametro reikšmę keisti į „Ne ilgiau kaip 90 sek.“ kadangi tai leistų dalyvauti didesniai tiekėjų skaičiui ir neribotų konkurencijos. TS 18 punktas: Darbinė aplinkos temperatūra Ne siauresnėse ribose kaip 5°C – +40°C	suderinama su daugeliu medicininių gairių ir techninių specifikacijų, naudojamų klinikinėje praktikoje, ypač kai kalbama apie vaikų ar jautresnių grupių vertinimą. Komisija nutarė neatsižvelgti į tiekėjo reikalavimą dėl TS 14 punkto, kadangi nustatytas reikalavimas: „Ne siauresnėse ribose kaip 50 – 220 cm“, užtikrina mažamečių vaikų įtraukimą į vertinimą, o tai svarbu tiek tyrimams, tiek praktinei diagnostikai ankstyvame amžiuje. Komisija nutarė neatsižvelgti į tiekėjo reikalavimą dėl TS 15 punkto, kadangi tokia riba atitinka kai kuriuos tarptautinius kūno analizės prietaisų standartus, kurie numato maksimalų svorį iki 270 ar net 300 kg. Komisija nutarė neatsižvelgti į tiekėjo reikalavimą dėl TS 16 punkto, kadangi pasirinktą amžiaus intervalą 1–99 metai pasirinkome atsižvelgdami į Perkančiosios organizacijos poreikius. Komisija nutarė neatsižvelgti į tiekėjo reikalavimą dėl TS 17 punkto, kadangi nustatyta 1 min. tyrimo trukmė yra pakankama. Komisija nutarė neatsižvelgti į tiekėjo reikalavimą dėl TS 18 punkto, kadangi daugelis modernių prietaisų jau yra projektuojami su veikimo
--	--	--	---

		Tiekėjo prašymas: Rekomenduojame parametro reikšmę keisti į „Ne siauresnėse ribose kaip +10°C – +40°C.“ kadangi tai leistų dalyvauti didesniai tiekėjų skaičiui ir neribotą konkurencijos.	temperatūra nuo +5 °C, todėl toks reikalavimas neturėtų būti laikomas pertekliniu. Atsižvelgdami į tai, siūlome išlaikyti reikalavimą: darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnė nei +5 °C – +40 °C.
6.	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.	Planuojame, jeigu bus atsižvelgta į pastabas.	-
7.	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.	-	-
8.	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.	Taip	-

3. IŠVADOS

3.1.Rinkos konsultacijoje dalyvavo 1 dalyvis.

3.2.Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai supažindinti su pirkimo dokumentais ir pateikė atsakymus, pasiūlymus, pastabas.

3.3.Perkančioji organizacija į dalyvio pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl techninės specifikacijos neatsižvelgia.

3.4.Rinkos konsultacija yra užbaigiama.