

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO  
„TARPSLANKSTELINIO TARPO IMPLANTAI“  
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2025-04-16 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl *tarpslankstelinio tarpo implantų* pirkimo (Nr. 2392906).

1. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

3.	Rentgenokontrastiniai markeriai	≥ 3 vnt. rentgenokontrastinių markerių, skirtų patikrinti implanto padėtį	≥ 2 vnt. rentgenokontrastinių markerių, skirtų patikrinti implanto padėtį
5.	Implantų dydžiai	Užsakymo metu galima rinktis: 1. Implanto ilgį iš ≥ 3 variantų, ne siauresniame intervale kaip 22–30 mm; 2. Implanto aukštį ne siauresniame intervale kaip 8–16 mm, kur aukščio žingsnis didėja kas ≤ 1 mm.  <i>Pastaba: būtina nurodyti galimų dydžių kodus</i>	Užsakymo metu galima rinktis: 1. Implanto ilgį iš ≥ 3 variantų, ne siauresniame intervale kaip 22–30 mm; 2. Implanto aukštį ne siauresniame intervale kaip 8–16 mm, kur aukščio žingsnis didėja kas ≥ 1 mm.

2. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

3.	Rentgenokontrastiniai markeriai	≥ <del>2</del> 3 vnt. rentgenokontrastinių markerių, skirtų patikrinti implanto padėtį	
5.	Implantų dydžiai	Užsakymo metu galima rinktis: 1. Implanto ilgį iš ≥ <del>2</del> 3 variantų, ne siauresniame intervale kaip 22–30 mm; 2. Implanto aukštį ne siauresniame intervale kaip 8– <del>12</del> 16 mm, kur aukščio žingsnis didėja kas ≤ 1 mm.  <i>Pastaba: būtina nurodyti galimų dydžių kodus</i>	

Tiekėjas siūlo pratęsti prekių pristatymo terminą iki 30 dienų.

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Komisija nesutinka su tiekėjų siūlymu 3 punkte mažinti mažiausią priimtina rentgenokontrastinių markerių skaičių, kadangi šis pakeitimas mažintų techninius reikalavimus implantams, tiesiogiai turinčius įtakos implanto pozicijos tikslumui. Tarpslankstelinio tarpo implantas yra trimatis objektas, turintis plotį, ilgį ir aukštį, dėl to Perkančiajai organizacijai aktualu, kad būtų ≥ 3 vnt. rentgenokontrastinių markerių, užtikrinančių tikslią implanto padėtį visose trijose plokštumose.

Perkančiajai organizacijai yra nepriimtinas tiekėjo siūlymas koreguoti 5 punkto 1 papunkčio reikalavimus. Tiekėjo siūloma korekcija sumažintų implanto ilgio pasirinkimo galimybes iš ≥ 3 ilgių į ≥ 2 ilgius. Atsižvelgiant, kad gretimai einanti sąlyga yra, jog ilgiai būtų

pasirenkami ne siauresniame intervale kaip 22–30 mm, reikštų, kad tiekėjai galėtų siūlyti 2 ilgius, nebūtų siūlomas nė vienas tarpinis implanto ilgis ir tiekėjas siūlytų intervale nustatytas ribines reikšmes. Toks pakeitimas sumažintų implantų pritaikymo galimybes.

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu koreguoti 5 punkto 2 papunkčio reikalavimus. Tiekėjo siūlymas mažinti implanto aukščio pasirinkimą yra nepriimtinas, nes dvigubai sumažintų galimų aukščių pasirinkimą. Toks pakeitimas turėtų tiesioginės įtakos operacijų kokybei, nes mažesnis implantų aukščių pasirinkimas apribotų Perkančiosios organizacijos specialistų galimybes parinkti sprendimus, atitinkančius individualius pacientų anatomijos ir klinikinės situacijos poreikius.

Tiekėjo siūlymas koreguoti 5 punkto 2 papunkčio reikalavimą implanto aukščio žingsniui komisijai yra nepriimtinas, kadangi tiekėjo siūlomas pakeitimas keisti iš „ne daugiau kaip 1 mm“, į „ne mažiau kaip 1 mm“ reikštų, kad tiekėjai galėtų siūlyti mažesnę tarpinių aukščių pasirinkimą. Toks pakeitimas turėtų tiesioginės įtakos operacijų kokybei, nes mažesnis implantų aukščių pasirinkimas apribotų Perkančiosios organizacijos specialistų galimybes parinkti sprendimus, atitinkančius individualius pacientų anatomijos ir klinikinės situacijos poreikius. Pažymėtina, kad tiekėjas nenurodo, koks būtų siūlomų implantų aukščio žingsnis ir Perkančiajai organizacijai toks neapibrėžtumas yra nepriimtinas.

Komisijai yra nepriimtinas tiekėjo siūlymas prekių pristatymo terminą prailginti daugiau nei dvigubai, todėl terminas nebus koreguojamas.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimus informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.