



**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS**

**VIEŠOJO PIRKIMO MEDICININIAMS BALDAMS ĮSIGYTI
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjų pateiktų paklausimų/pastebėjimų rinkos konsultacijai.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateikti paklausimai/pastebėjimai rinkos konsultacijai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo paklausimą 2025-03-26 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl medicininių baldų pirkimo (Nr. 1839907).

1. Tiekėjas rašo:

„Turėtume daug pastabų, kadangi lovos yra parašytos palyginus konkrečiai, todėl šiuo metu, kai Perkančioji organizacija jau yra numačiusi iš kokio tiekėjo ir kokio gamintojo ketina įsigyti lovas ir staliukus, todėl siunčiame tik brošiūras mūsų siūlomo gamintojo produkcijos. Prašome peržiūrėti ar perduoti informaciją tiems skyriams, kurie ketina įsigyti lovas su staliukais.“

Komisija pastebi, kad Tiekėjas įvardinęs, kad turi daug pastabų dėl techninės specifikacijos projekto pateikė lovos ir spintelių prekių katalogus, tačiau konkrečių pastabų neteikė. Viešojo pirkimo komisija atsakydama pabrėžia, kad išankstinio vertinimo komisija pateiktiems prekių katalogams neatlieka. Tiekėjai turės galimybę pateikti prekių katalogus kiekvienai pirkimo daliai tik tada, kai bus oficialiai paskelbtas viešas konkursas pagal nustatytas pirkimo procedūras.

2. Tiekėjas rašo:

„Pateikiame komercinį pasiūlymą ir tech. specifikacijas pacientų staliukų konsultacijai.“

Komisija pastebi, kad Tiekėjas rinkos konsultacijoje pateikė pasiūlymą į rinkos konsultaciją užpildydamas techninės specifikacijos projektą, tačiau konkrečių pastabų neteikė. Viešojo pirkimo komisija atsakydama pabrėžia, kad išankstinio vertinimo komisija neatlieka. Tiekėjai turės galimybę pateikti pasiūlymus tik tada, kai bus oficialiai paskelbtas viešas konkursas pagal nustatytas pirkimo procedūras.

3. Tiekėjas rašo:

„Stebina griežtas reikalavimas Čiužinio platformos sekcijų ilgiui. Leistina paklaida tik ± 2 cm atrodo per maža ir užkertą kelią siūlyti Europos gamintojų, gaminius. Nurodyti reikalavimai matmenims atrodo atitinka konkretaus gamintojo gaminius ir jų reikšmės yra niekuo nepagrįstos. Nugaros sekcijos reikalaujamas ilgis 80 (± 2 cm) nesuprantamas, visai neaišku, kodėl jis negali būti kiek mažesnis maždaug 70 cm? Sėdmenų sekcijos ilgis 19 cm taip pat atrodo nelogiškas, nutikusiam pacientui, kas yra greičiau taisyklė negu išimtis, jis aiškiai per mažas. Siūlome šiuos reikalavimų rodiklius padaryti pritaikytais Europos gyventojams ir patikslinti sekančiai:

„...išmatavimus: galvos-nugaros atrama 70 (± 3 cm), sėdmenų atrama 30 (± 3 cm), šlaunų atrama 36 (± 3 cm), blauzdų atrama 50 (\pm cm).“

Komisija, atsižvelgia į Tiekėjo pastebėjimą bei apsvarsčiusi tiekėjo siūlymą, priima sprendimą koreguoti techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies Funkcinės slaugos lovos techninė specifikacija (25 vnt.). pateiktos lentelės parametrai (specifikacija) – „Čiužinio platforma“ reikalaujamas parametru reikšmes. Patikslinus 1 priedo lentelės „Techninė specifikacija“, „Pirkimo dalies Nr. 1“ 1 eilutėje pateiktas reikalaujamas parametru reikšmes reikėtų skaityti sekančiai:

Eil Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės
1.	Čiužinio platforma	<p>Sudaryta iš 4 funkcinų dalių (sekcijų):</p> <p>a) galvos-nugaros,</p> <p>b) sėdmenų,</p> <p>c) šlaunų,</p> <p>d) blauzdų.</p> <p>Platformos paviršius pagamintas iš metalo skersinių.</p> <p>Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne didesni kaip 200 x 90 cm.</p> <p>Gulimo paviršiaus rėmas turi būti vientisas, neišardomas.</p> <p>Platformos paviršius suskirstytas pagal anatominius kūno dalių išmatavimus: galvos-nugaros atrama, sėdmenų atrama, šlaunų atrama, blauzdų atrama.</p>

4. Tiekėjas rašo:

„Reikalavimas čiužinio platformos aukščio reguliavimui ne blogiau kaip nuo 25 iki 80 cm. 80 cm čiužinio platformos aukštis reikalingas tam, kad personalui būtų ergonomiška atlikti manipuliacijas lovoje gulinčiam ligoniui. Norint slaugos skyriuje gulintį ligonį su senatvine demencija ar kita „prieblandos“ diagnoze nakčiai nuleisti iki žemiausio lygio – žemiausia būtina lovagulio padėtis nurodoma 5-7 cm. Reikalavimas kad žemiausia lovagulio padėtis būti ne daugiau 25 cm . atrodo, kaip pasirinkto gamintojo gaminio techninis parametras, jis mažina konkurenciją ir didina perkamo gaminio savikainą.

Siūlome šį reikalavimą patikslinti leidžiant konkursui siūlyti standartines europines slaugos lovas:“): žemiausia riba ne daugiau 40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 80 cm.“

Komisija, atsižvelgia į Tiekėjo pastebėjimą bei apsvarsčiusi tiekėjo siūlymą, priima sprendimą koreguoti techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies Funkcinės slaugos lovos techninė specifikacija (25 vnt.). pateiktos lentelės parametrai (specifikacija) – „Čiužinio platformos aukščio reguliavimas“ reikalaujamas parametru reikšmes. Patikslinus 1 priedo lentelės „Techninė specifikacija“, „Pirkimo dalies Nr. 1“ 2 eilutėje pateiktas reikalaujamas parametru reikšmes reikėtų skaityti sekančiai:

Eil Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės
2.	Čiužinio platformos aukščio reguliavimas	<p>Valdoma elektrine pavara;</p> <p>Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba 25-40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 80 cm.</p>

5. Tiekėjas rašo:

„Sekcijų automatinio regreso funkcija didina gaminio kainą ir nėra būtina slaugos lovoms. Tokios lovos naudojamos ilgai gulinčių pacientų slaugai ir jose galvūgalio sekcijos pakėlimas ir nuleidimas atliekamas retai todėl daugelis Europos gamintojų jos atsisako. Reikalavimas tokios lovos funkcijos nepagrįstai didina perkamo gaminio savikainą ir mažina konkurenciją.

Siūlome atsisakyti šio reikalavimo, kaip privalomo arba pagrįsti jo būtinumą visose slaugos lovose.“

Komisija, atsakydama į Tiekėjo rekomendaciją, informuoja, kad nesutinka keisti nustatytų reikalavimų, nes automatinio regreso funkcija yra būtina siekiant užtikrinti taisyklingą ir patogią sėdimą padėtį pacientui, dėl pacientų komforto. Tokią funkciją turi daugelis slaugos lovų rinkoje.

6. Tiekėjas rašo:

„Manome, kad reikalavimas mygtukų apšvietimui ir CPR funkcijai lovos valdyme yra paimtas iš labiau specializuotų ir atitinkamai brangesnių funkcinių lovų. Šiuo atveju šios funkcijos paprastose slaugos skyriau lovose yra perteklinės, nepagrįstai didina perkamo gaminio savikainą ir mažina konkurenciją.

Siūlome atsisakyti šių reikalavimų, kaip privalomų arba pagrįsti jų būtinumą visose slaugos lovose“.

Komisija, atsakydama į Tiekėjo rekomendaciją, informuoja, kad nesutinka keisti nustatytų reikalavimų, nes CPR funkcijos alternatyva gali būti lovadugnio išlyginimo į pradinę padėtį „funkcija“. Mygtukų apšvietimas reikalingas pacientų patogumui ar pacientams su silpnesne rega naudotis lova, taip pat reikalingas personalo patogumui personalui atliekant pacientų priežiūrą nakties metu.

7. Tiekėjas rašo:

„Reikalavimas atrodo nelogiškas, nes kovos patikimumas ir maksimali leistina apkrova „ne mažiau kaip 200 kg.“ numato gana tvirtą ir tuo pačiu nelabai lengvą lovos metalo konstrukciją būvimą. Svorio apribojimas iki 100 kg lovai kuri turi ratukus ir nebus nešiojama sunkiai paaiškinąs. Siūlome šį reikalavimą pritaikyti Europiniams gaminiams ir padidinti „ne mažiau kaip 120 kg.“

Komisija, atsižvelgia į Tiekėjo pastebėjimą bei apsvarsčiusi tiekėjo siūlymą, priima sprendimą koreguoti techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies Funkcinės slaugos lovos techninė specifikacija (25 vnt.). pateiktos lentelės parametrai (specifikacija) – „Lovos svoris (be priedų)“ reikalaujamas parametru reikšmės. Patikslinus 1 priedo lentelės „Techninė specifikacija“, „Pirkimo dalies Nr. 1“ 13 eilutėje pateiktas reikalaujamas parametru reikšmės reikėtų skaityti sekančiai:

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės
13.	Lovos svoris (be priedų)	„Ne daugiau 120 kg“

8. Tiekėjas rašo:

„Reikalavimas, kad „Gamintojas turi turėti aplinkosauginį standartą ISO 14001“ nėra privalomas, jis yra perteklinis, mašina konkurenciją ir tuo didina perkamų lovų savikainą. Siūlome jo atsisakyti.“

Komisija atsakydama į Tiekėjo rekomendaciją, informuoja, kad nesutinka keisti nustatytų reikalavimų, nes Perkančioji organizacija teisės aktų yra įpareigota nustatyti „žaliuosius reikalavimus“, kuriuos nustato vadovaudamasi Aplinkos ministro įsakymu. Aplinkosauginis reikalavimas dėl ISO sertifikato turėjimo yra įprastas, jį turi daug rinkos dalyvių.

9. Tiekėjas rašo:

„Slaugos skyriuose garantinis reikalavimas čiužiniams iš porolono 36 mėnesiai yra neįmanomas, Nėra medicininių čiužinių gamintojų, kurie duotų tokią garantiją. Standartinis terminas yra 12 mėnesių čiužiniui.“

Komisija nurodo, kad Rinkoje yra daug tiekėjų, siūlančių didesnę nei 12 mėn. garantiją. Perkančiosios organizacijos tikslas yra taip pat įsigyti kokybišką, ilgai tarnaujantį produktą. Taip pat komisija, atsižvelgia į Tiekėjo pastebėjimą bei apsvarsčiusi tiekėjo siūlymą, priima sprendimą koreguoti techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies Paciento Funkcinės slaugos lovos techninė specifikacija (25 vnt.). pateiktos lentelės parametrai (specifikacija) – „Garantija“ reikalaujamas parametru reikšmes. Patikslinus 1 priedo lentelės „Techninė specifikacija“, „Pirkimo dalies Nr. 1“ 19 eilutėje pateiktas reikalaujamas parametru reikšmes reikėtų skaityti sekančiai:

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės
19.	Garantija	Ne mažiau kaip 3 metai (lovai) ir ne mažiau kaip 18 mėn. čiužiniui.

Aktualūs dokumentai pridedami. Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti siūlymus/pastabas pateikusius Tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.