

## IŠRAŠAS IŠ „ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS“

(ID nr. 1671910)

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

Nr.1

Kaunas

**DARBOTVARKĖ:** dėl Tiekėjo pateikto paklausimo

**SVARSTYTA:** Tiekėjo pateiktas paklausimas

2025-03-23 gautas Tiekėjo siūlymas dėl 2025-03-14 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbtos rinkos konsultacijos „**Odontologinės medžiagos ir priemonės**“ (ID Nr. 1671910) techninės specifikacijos“.

1 Tiekėjo siūlymas:

„**15. Mašininiai endodontiniai instrumentai iš NiTi lydinio arba lygiaverčio įvairūs**

Šiai dienai rinkoje jokia instrumentų gamintojų kompanija neturi nuo 15-40 dydžio, 2% konuso instrumentų. Kanalu formavimui instrumentai nuo 15-40 2% konuso nerekomenduojami, nes kanalo plotas didesnis ir instrumentas neatlieka savo funkcijos. Todėl tokių dydžio instrumentai rekomenduojami 4% konuso, o esant platesniems kanalams 6% konuso, todėl techniniuose reikalavimuose rekomenduojame naudoti: „dydžių nuo 15-40 naudoti 4% konuso instrumentus“.

„?“.

Viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) apsvarsčiusi tiekėjo siūlymą nesutinka tikslinti šių reikalavimų, nes rinkoje yra gaminami instrumentai 2% konuso. Būna klinikinių įvairių situacijų, kai ir tokie instrumentai yra reikalingi. O yra gamintojų, kurie būtent nerekomenduoja naudoti instrumentų 6% konuso, nes per daug bereikalingai pašalinama dentino. Skirtingų gamintojų gali būti skirtingos rekomendacijos.

2 Tiekėjo siūlymas:

„Siūlomas terminas 3 savaitės yra priimtinas, tačiau remiantis ilgalaikę praktika bei galimomis būsimois šventinėmis nedarbo dienomis, siūlome padidinti pristatymo terminą iki 4 savaitių.“

Pirkimo Komisija atsižvelgdama į tiekėjo prašymą, sutinka pratęsti pristatymo terminą iki 4 savaitių.

3 Tiekėjo siūlymas:

**DĖL: 5. Ultragarsiniai instrumentai paslėptų ir kalcifikuotų kanalų lokalizacijai ir atvėrimui „CAP 1“ arba jiems lygiaverčiai.**

**6. Ultragarsiniai instrumentai paslėptų ir kalcifikuotų kanalų lokalizacijai ir atvėrimui „CAP 2“ arba jiems lygiaverčiai**

**7. Ultragarsiniai instrumentai paslėptų ir kalcifikuotų kanalų lokalizacijai ir atvėrimui „CAP 3“ arba jiems lygiaverčiai**

Šiuose punktuose esantis techninis reikalavimas : „visos galvutės pažymėtos **geltonos spalvos juoste**, markiravimas turi atitikti skalerio gamintojo markiravimą“, yra perteklinis ribojantis konkurenciją ir pažeidžiantis VPI, nes yra **patentuotas žymėjimas** vienintelio gamintojo **ACTEON Satelec. Mailefer Satelec** antgaliukų. Norime pažymėti, kad konkrečios spalvos žymėjimas absoliučiai neįtakoja įrenginio funkcionalumo. Taip pat, norime paminėti, kad **ACTEON Satelec** skaleris turi galimybę naudoti universalius, kitų pasaulinių gamintojų, antgaliukus, neprarasdamas savo funkcionalumo, todėl nebūtinai konkretus skalerio gamintojo markiravimas, pilnai pakankamas universalus markiravimas.

Pirkimo Komisija atsižvelgdama į tiekėjo siūlymus sutinka tikslinti techninės specifikacijos pirkimo dalis Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, pagal pateikiamus siūlymus.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.