

IŠRAŠAS IŠ
**„UŽPAKALINĖS KAMEROS SULANKSTOMI INTRAOKULINIAI LĖŠIAI, PRIE RAINELĖS FIKSUOJAMI
INTRAOKULINIAI LĖŠIAI, PRIEKINĖS KAMEROS NESULANKSTOMI INTRAOKULINIAI LĖŠIAI“**

(NR.1792004)

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

2025 m. d. Nr. 1

Kaunas

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjo pateikto paklausimo

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas

2025-03-25 gautas Tiekėjų siūlymai dėl 2025-03-24 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) vykdytos rinkos konsultacijos „**Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lėšiai, prie rainelės fiksuojami intraokuliniai lėšiai, priekinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lėšiai**“ (ID Nr. 1792004) techninės specifikacijos reikalavimų.

1 Tiekėjas paklausime nurodo:

„Laba diena, Prašome pakoreguoti techninę specifikaciją 3 punktą į arba: 3. Optinės dalies diametras: 5,5 mm arba 6,0 mm 5. Priekinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lėšiai 1. Medžiaga: polimetilmetakrilatas ar jo dariniai arba lygiavertė medžiaga 2. Ilgis: 13,0 mm 3. Optinės dalies diametras: 5,5 mm arba 6,0 mm 4. Laužiamoji galia: nuo +10 iki +25 dioptrijų 5. Atraminiai elementai atviro tipo (angl. open loop) su 4 atraminiais taškais 6. Orientacinis kiekis – 200 vnt.“

Viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) atsižvelgdama į tiekėjo pateiktus siūlymus sutinka tikslinti techninę specifikaciją.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti Tiekėjus bei kitus suinteresuotus dalyvius.
2. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.